**SOLICITAÇÃO - 65/2021/SES/SAEL/DSH**

SGD: 2021/30559/057720

PROCESSO Nº. 2018/30550/006916**INTERESSADO:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Equipe Técnica do HGPP - Hospital Geral Público de Palmas.**ASSUNTO:** Análise e Parecer Técnico

Prezado Senhor Diretor,


Considerando a relevante importância em suprir as demandas das unidades hospitalares do Estado de Tocantins, com materiais adequados, essa Diretoria de Suprimentos Hospitalares, remete ao Hospital supracitado, análise e parecer técnico dos insumos, às fls. .

Considerando que as unidades hospitalares estão desabastecidas com vários destes itens, solicitamos ainda urgência na análise e respostas. Ressaltamos ainda que o mesmo está em fase de finalização do processo licitatório, materiais de OPME referentes ao **PE. nº 176/2020** do processo em epígrafe.

Segue itens abaixo:

GRUPO 08 – AMPLA CONCORRÊNCIA – CIRURGIA DE BUCO MAXILO-FACIAL				
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	FAB/MARCA	PARECER
60	FIXADOR DINAMICO PARA MANDIBULA	UND	FAB:G D RUFINO LTDA EPP MARCA: G D RUFINO REG ANVISA: 80542260001	
62	PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI / MICROFRAGMENTOS (INCLUI PARAFUSOS) (TODOS OS TAMANHOS E MODELOS)	UND	FAB: ALLIED TITANIUM EIRELI - EPP MARCA: MEDICALFIX REG ANVISA: 80254350016 80254350013 80254350018	
63	PLACA DE RECONSTRUÇÃO EM TITANIO P/ FRATURA DE MANDIBULA (INCLUI PARAFUSOS) (TODOS OS TAMANHOS E MODELOS)	UND	FAB: ALLIED TITANIUM EIRELI - EPP MARCA: MEDICALFIX REG ANVISA: 80254350016 80254350013 80254350018	





Ressaltamos que a empresa vencedora solicitou cancelamento do item 60 - FIXADOR DINAMICO PARA MANDIBULA, tendo em vista o fabricante ter tirado o produto da linha de fabricação e cancelado seu registro, uma vez que no mercado surgiram melhores opções para estabilização de fratura da mandíbula.

Diante do exposto solicitamos que a equipe técnica de buco maxilo nos emita um parecer quanto à necessidade de continuidade do item 60, para fins de cancelamento do mesmo.

Atenciosamente,

Palmas, 22/04/2021.

(Assinatura Digital)

Francisco Magno Mendes de Miranda
Assistente Especializado

(Assinatura Digital)

Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares

(Assinatura Manuscrita)
Gileno Dias de Oliveira
OPME/HGP
26/04/2021



Proc: _____
As nº 1193
B

PROCESSO : 2018/30550/006916
INTERESSADO : Diretoria de Suprimentos Hospitalares
ASSUNTO : Parecer de itens do Pregão Eletrônico n°. 176/2020

SGD 2021/30559/082027

PARECER TÉCNICO 054/2021/SES/HGPP/DG

Em resposta à solicitação n°. 11/2021/SES/SAEL/DSH, SGD 2021/30559/0020090 e à solicitação n°. 65/2021/SES/SAEL/DSH, SGD 2021/30559/0057720 levando-se em conta a necessidade do **Hospital Geral Público de Palmas**, segue avaliação do(s) produto(s) ofertado(s) na(s) proposta(s) classificada no Pregão Eletrônico n°. 176/2020, Processo n°. 006916/2018:

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 176/2020

GRUPO 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA – CIRURGIA DO JOELHO REVISÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	FAB./ MARCA	RESULTADO
01	COMPONENTE DE AUMENTO FEMORAL P/ REVISÃO DE PROTESE TOTAL DE JOELHO	IOL	APROVADO
02	COMPONENTE DE AUMENTO TIBIAL PARA REVISÃO DE PROTESE TOTAL DE JOELHO		
03	COMPONENTE FEMORAL MODULAR DE REVISÃO CIMENTADO OU FIXAÇÃO BIOLÓGICA		
04	COMPONENTE TIBIAL DE REVISÃO POLIETILENO		
05	COMPONENTE TIBIAL DE REVISÃO METÁLICO CIMENTADO OU FIXAÇÃO BIOLÓGICA EM CUNHA		
06	HASTE FEMORAL PARA REVISÃO DE PROTESE TOTAL DE JOELHO		
07	HASTE TIBIAL PARA REVISÃO DE PROTESE TOTAL DE JOELHO		
08	COMPONENTE PATELAR CIMENTADO OU FIXAÇÃO BIOLÓGICA		
GRUPO 02 – AMPLA CONCORRÊNCIA CIRURGIA DE JOELHO PRIMÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	FAB./ MARCA	RESULTADO
09	COMPONENTE PATELAR CIMENTADO OU FIXAÇÃO BIOLÓGICA	VINCULA	REPROVADO
10	COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO		
11	COMPONENTE TIBIAL PRIMARIO	VINCULA	REPROVADO
12	COMPONENTE TIBIAL PRIMARIO METALICO CIMENTADO OU FIXAÇÃO BIOLÓGICA		



Proc. 1794
Assinatura

Obs.: Motivação da reprovação: Material com grande retirada de estoque ósseo comprometendo futura cirurgia revisão do procedimento; muitos passos cirúrgicos em comparação com outros modelos mais contemporâneos; demonstrativo técnico totalmente diferente do material apresentado e impresso em fotocópia o que dificulta a avaliação; instrumentais apresentados imprecisos e com baixa durabilidade.

GRUPO 03 – AMPLA CONCORRÊNCIA CIRURGIA DE OMBRO PRIMÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	FAB./ MARCA	RESULTADO
13	COMPONENTE UMERAL CIMENTADO OU FIXAÇÃO BIOLÓGICA	IMPOL	APROVADO
14	COMPONENTE GLENOIDAL		
15	COMPONENTE CEFÁLICO		

GRUPO 04 – AMPLA CONCORRÊNCIA CIRURGIA DE OMBRO REVISÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	FAB./ MARCA	RESULTADO
16	COMPONENTE UMERAL CIMENTADO OU FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE REVISÃO	IMPOL	APROVADO
17	COMPONENTE GLENOIDAL		
18	COMPONENTE CEFÁLICO		

GRUPO 08 – AMPLA CONCORRÊNCIA CIRURGIA DE BUCO MAXILO-FACIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	FAB./ MARCA	RESULTADO
60	FIXADOR DINÂMICO PARA MANDÍBULA	G D RUFINO	REPROVADO
62	PLACA DE TITÂNIO SISTEMA MINI / MICROFRAGMENTOS (INCLUI PARAFUSOS) (TODOS OS TAMANHOS E MODELOS)	MEDICAL FIX	APROVADO
63	PLACA DE RECONSTRUÇÃO EM TITÂNIO P/ FRATURA DE MANDÍBULA (INCLUI PARAFUSOS) (TODOS OS TAMANHOS E MODELOS)	MEDICAL FIX	APROVADO

Obs.: Quanto ao item 60, foi reprovado conforme informações transmitidas pela área técnica demandante através do documento SGD 2021/30559/0057720, no que refere a descontinuidade do produto no mercado. Por essa razão, solicitamos o cancelamento do item.

Palmas, 02 de junho de 2021.

Assinatura Eletrônica

JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Eletrônica

DR. LUCIANO BATISTA LOPES
Diretor Técnico

Assinatura Eletrônica

LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA
Diretor Geral



SE - 10

PROJ. Nº 1196
B

PROCESSO Nº: 2018/30550/006916

INTERESSADO: Diretoria de Suprimentos Hospitalares

PARA: Superintendência da Central de Licitação

SGD: 2021/30559/089614

DESPACHO - 862/2021/SES/SAEL/DSH

Em atenção ao Despacho nº 322/2021/SES/SCL às fls. 1175, encaminhamos o parecer técnico da área responsável do HGP às fls. 1196-1197.

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Proposta de Preço, Atestado de capacidade técnica, Registro do Produto na Anvisa, Autorização de funcionamento da ANVISA/MS e Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária, informamos que os documentos apresentados pelas empresas estão condizentes com o solicitado.

Considerando que o item 60 do Grupo 08 – FIXADOR DINÂMICO DE MANDÍBULA, a empresa nos enviou um e-mail no dia 11 de maio de 2021, que não existe nenhum fabricante que produza esse tipo de material no mercado, e que o material caiu em desuso.

Considerando que encaminhamos os autos para a equipe técnica do HGP realizasse análise técnica a necessidade e emissão de parecer técnico. Após análise foi sugerido seu cancelamento pela equipe técnica do HGP no Parecer Técnico nº 054/2021/SES/HGPP/DG, às fls. 1193/1194. Conforme pode verificar na consulta em anexo, foi feita pesquisa pela área técnica no site da ANVISA e não consta atualmente registro para o item descrito.

Desta forma, solicitamos a revogação do Grupo 8, uma vez que o item não existe mais no mercado para comercialização e o Hospital Geral de Palmas emitiu parecer solicitando o cancelamento do item.



SECRETARIA
DA SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N - 13010-000 - Palmas - TO
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

SE
1197
B
Visto

Palmas, 17/06/2021.

(Assinatura Digital)

BRUNA STEFANNY RIBEIRO FARIAS
Enfermeira

(Assinatura Digital)

GILENO DIAS DE OLIVEIRA
Diretor de Suprimentos Hospitalares

Assinatura digitalizada por sistema automático em 17/06/2021 11:52:12



Documento foi assinado digitalmente por BRUNA STEFANNY RIBEIRO FARIAS em 17/06/2021 11:52:12.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 37C599D400CDA872