

(SGD: 2021/30559/057617)

DE: LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS

PARA: SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO

PROCESSO: 2020/30550/007258

Palmas, 22/04/2021.

PARECER TÉCNICO Nº 20/2021/SES/SVPPS/DLCSP/GAL

Em resposta ao Despacho – 735/2021/SES/SCL, SGD: 2021/30559/049644, acerca da análise e manifestação técnica acerca do preço e dos produtos ofertados na proposta bem como das documentações técnicas das licitantes arrematantes, para atender as demandas do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins, vimos informar:

1) Analisando documentações apresentadas pelo Fornecedor CCL PARANÁ:

- Proposta de Preço: fls. 346 à 353, vimos manifestar parecer **Favorável**.
- Atestado de Capacidade Técnica: Fls. 374 à 375, vimos manifestar parecer **Favorável**.
- Autorização de Funcionamento emitida pela Anvisa/MS: vimos manifestar parecer **Desfavorável**, por não apresentar documentação exigida.
- Licença de Funcionamento emitido pela Vigilância Local: vimos manifestar parecer **Desfavorável**, por não apresentar documentação exigida.

2) Analisando documentações apresentadas pelo Fornecedor ELETROSPITALAR:

- Proposta de Preço: fls. 390 à 393, vimos manifestar parecer **Favorável**.
- Atestado de Capacidade Técnica: Fls. 437 a 453, vimos manifestar parecer **Favorável**.
- Autorização de Funcionamento emitida pela Anvisa/MS: Fls. 454 a 455 vimos manifestar parecer **Favorável**.





SECRETARIA
DA SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins
QD. 601 Sul, AV. LO 15, Conj. 02, Lt 01, cep: 77016-336
Plano Diretor Sul, Tel.: +55 63 3218-2479
Email: gerenciaadm.lacen@gmail.com

- Licença de Funcionamento emitido pela Vigilância Local: 456 a 457 vimos manifestar parecer **Favorável**.

3) Analisando documentações apresentadas pelo Fornecedor LIFE:

- Proposta de Preço: fls. 486 à 487, vimos manifestar parecer **Favorável**.
- Atestado de Capacidade Técnica: Fls. 513 à 515, vimos manifestar parecer **Favorável**.
- Autorização de Funcionamento emitida pela Anvisa/MS: Fls. 516 a 517, vimos manifestar parecer **Favorável**.
- Licença de Funcionamento emitido pela Vigilância Local: Fls. 518, vimos manifestar parecer **Favorável**.

4) Analisando documentações apresentadas pelo Fornecedor PROSCIENCE:

- Proposta de Preço: fls. 524 à 525, vimos manifestar parecer **Desfavorável**, por não atender ao solicitado no Termo de Referência..
- Atestado de Capacidade Técnica: Fls. 543, vimos manifestar parecer **Favorável**.
- Autorização de Funcionamento emitida pela Anvisa/MS: Fls. 544 a 545, vimos manifestar parecer **Favorável**.
- Licença de Funcionamento emitido pela Vigilância Local: Fls. 546 a 547, vimos manifestar parecer **Favorável**.

5) Analisando documentações apresentadas pelo Fornecedor ROYAL:

- Proposta de Preço: fls. 553 à 556, vimos manifestar parecer **Favorável**.
- Atestado de Capacidade Técnica: Fls. 576 a 577, vimos manifestar parecer **Favorável**.



Documento foi assinado digitalmente por EURIDINEI CAMILO DE OLIVEIRA JUNIOR em 22/04/2021 09:23:35.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: D895E31A00C4EF69



- Autorização de Funcionamento emitida pela Anvisa/MS: Fls. 578 a 579, vimos manifestar parecer **Favorável**.
- Licença de Funcionamento emitido pela Vigilância Local: Fls. 584 a 585, vimos manifestar parecer **Favorável**.

É o parecer.

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTE CARNEIRO
Gerente Técnico


EURIDINEI CAMILO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Gerente Administrativo

JUCIMÁRIA DANTAS GALVÃO
Diretora – Lacen/TO





PROCESSO : 2020/30550/007258
INTERESSADO : Superintendência de Vigilância em Saúde
OBJETO : Aquisição de equipamentos de laboratório
PREGÃO ELETRÔNICO : 049/2021



DESPACHO N° 866/2021/SES/SCL
SGD N° 2021/30559/059199

Encaminhem-se os presentes autos a **Diretoria do Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN** para manifestação técnica acerca do produto ofertado na proposta pela empresa PROSCIENCE, que sejam específicos ao que não atende ao solicitado no termo de referência.

Os autos devem ser remetidos à Gerência de Execução Orçamentária, para que seja feita reserva orçamentária que suportarão as despesas.

Ato seguinte, após apresentada a indicada manifestação, os autos devem retornar a **Superintendência da Central de Licitação** para prosseguimento do feito.

Superintendência da Central de Licitação, em Palmas/TO, aos 27 dias do mês de abril de 2021.

Assinatura digital
WESLAINE LACERDA ÁVILA
Pregoeira

SCL





SECRETARIA
DA SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins
QD. 601 Sul, AV. LO 15, Conj. 02, Lt 01, cep: 77016-336
Plano Diretor Sul, Tel.: +55 63 3218-2479
Email: gerenciaadm.lacen@gmail.com



(SGD: 2021/30559/060260)

DE: LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS

PARA: CENTRAL DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: MANIFESTAÇÃO SOBRE PROPOSTA

PROCESSO: 2020/30550/007258

Palmas, 28/04/2021.

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021

Em resposta ao Despacho – 866/2021/SES/SCL, SGD: 2021/30559/059199, acerca de manifestação técnica referente a proposta do fornecedor PROSCIENCE, vimos a informar que a descrição do produto apresentado nas folhas 524 à 525, não atende ao solicitado no edital, no quesito “**O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR SISTEMA DE PIPETAGEM E BRAÇO ROBÓTICO**”.

Diante das análises, emitimos o Parecer Técnico **DESAVORÁVEL**.

É o parecer.

MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTE CARNEIRO

Gerente Técnico

EURIDINEI CAMILO DE OLIVEIRA JÚNIOR

Gerente Administrativo

JUCIMÁRIA DANTAS GALVÃO

Diretora – Lacen/TO



Documento foi assinado digitalmente por JUCIMÁRIA DANTAS GALVAO em 29/04/2021 08:52:24.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 7A22EB5100C5A277