

**PROCESSO:** 2020/30550/006733**SGD:** 2021/30559/101456**DE:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Superintendência da Central de Licitação**PARECER TÉCNICO - 322/2021/SES/SAEL/DSH**

Em atenção ao solicitado no despacho nº 1305/2021 às fls.2294 e considerando a documentação das empresas licitantes anexadas às fls.2058 a 1714, referente ao Pregão nº 052/2021. Segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta de 120 dias, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal, informaram que os documentos apresentados pela empresa licitante estão condizentes com o Edital conforme quadro abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	PARECER DOCUMENTOS	PARECER PRODUTOS	RESULTADO FINAL
02	SERINGA HIPODERMICA 10 ML, COM AGULHA 25 X 7 BISEL TRIFACETADO, BICO LUER SLIP CENTRAL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUACAO INDELEVEL E MILIMETRADA, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO-CILINDRO. COM SISTEMA DE SEGURANCA NR 32. ATOXICA, APIROGENICA. ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DEVERA ATENDER A RDC Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2011	FRACASSADO				FRACASSADO





03	SERINGA HIPODERMICA 20 ML, COM AGULHA 25 X 7 BISEL TRIFACETADO, BICO LUER SLIP CENTRAL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUACAO INDELEVEL E MILIMETRADA, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO-CILINDRO. COM SISTEMA DE SEGURANCA NR 32. ATOXICA, APIROGENICA. ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DEVERA ATENDER A RDC Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2011	FRACASSADO				FRACASSADO
04	SERINGA HIPODERMICA 20 ML, COM AGULHA 25 X 7 BISEL TRIFACETADO, BICO LUER SLIP CENTRAL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUACAO INDELEVEL E MILIMETRADA, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO-CILINDRO. COM SISTEMA DE SEGURANCA NR 32. ATOXICA, APIROGENICA. ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DEVERA ATENDER A RDC Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2011	FRACASSADO				FRACASSADO





05	SERINGA HIPODERMICA 3 ML, COM AGULHA 25 X 7 BISEL TRIFACETADO, BICO LUER SLIP CENTRAL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUACAO INDELEVEL E MILIMETRADA, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO-CILINDRO. COM SISTEMA DE SEGURANCA NR 32. ATOXICA, APIROGENICA. ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DEVERA ATENDER A RDC Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2011	SALDANHA	SR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
07	SERINGA HIPODERMICA 5 ML, COM AGULHA 25 X 7 BISEL TRIFACETADO, BICO LUER SLIP CENTRAL, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUACAO INDELEVEL E MILIMETRADA, EMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE EMBOLO-CILINDRO. COM SISTEMA DE SEGURANCA NR 32. ATOXICA, APIROGENICA. ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DEVERA ATENDER A RDC Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2011	SALDANHA	SR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO





09	<p>SERINGA PARA INSULINA DE 0,5 ML (50UI), COM AGULHA 8X0,30, DE CORPO ÚNICO, AGULHA FIXA, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MATERIAL TRANSLUCIDO E TRANSPARENTE, ATOXICO, COM GRADUACAO EXTERNA MILIMETRADA, NITIDA E PERMANENTE, SILICONIZADA. SEGUNDO NR 32. APIROGENICA. ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DEVERA ATENDER A RDC Nº 3, DE4 DE FEVEREIRO DE 2011</p>	PLATINA	SOL MILENIUM	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
10	<p>SERINGA PARA INSULINA DE 1 ML (100UI), COM AGULHA 13 MM X 4,5 MM, BISEL TRIFACETADO, CONFECCIONADA E POLIPROPILENO TRANSLUCIDO E TRANSPARENTE, ATOXICO, COM GRADUACAO EXTERNA MILIMETRADA, NITIDA E PERMANENTE. TIPO LUER, COM LOCALIZACAO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTAO DE BORRACHA SILICONIZADA. SISTEMA DE SEGURANCA SEGUNDO NR 32. APIROGENICA. ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DEVERA ATENDER A RDC Nº 3, DE4 DE FEVEREIRO DE 2011</p>	SALDANHA	SR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO





14	SERINGA HIPODERMICA 3 ML DESCARTAVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA REFRATIL SEM ATIVACAO ACIDENTAL, DE ACORDO COM NR32, EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO APRESENTANDO RIGIDEZ E SENDO TRANSPARENTE, PERMITINDO ASPIRACAO DE VOLUME DESDE O MARCO 0 SEM ATIVACAO DA TRAVA SEGURANCA, CORPO COM GRADUACAO EM ESCALA INDELEVEL, EMBOLO DESTACAVEL, TRAVA DE SEGURANCA QUE NAO PERMITA O RETORNO DA AGULHA APOS TRAVAR, C/ ANEL DE RETENCAO, BICO LUER LOCK, C/ SISTEMA MANUAL DE RETRACAO E PROTECAO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO, COM AGULHA 25 X 0,7MM SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, ISENTA DE LATEX, SISTEMA ANTIREUSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASEPTICA.	FRACASSADO				FRACASSADO
26	EQUIPO MACROGOTAS, FABRICADO EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL, PERFURADOR DO TIPO LANCETA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFOBO ; CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL 20 gotas= 1ml, COM FILTRO DE PARTICULAS DE 15 MICRAS , TUBO EXTENSOR FLEXIVEL IGUAL OU SUPERIOR A 1,20M DE COMPRIMENTO, COM INJETOR LATERAL EM "Y", COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE , COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISAO; TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSAO, UNIFORME, ESTERIL COM CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE, APIROGENICO, ATOXICO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE .	WJ DISTRIBUIDORA	MEDIX	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO





28	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSENSIVEL, FABRICADO EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL, PERFURADOR TIPO LANCETA COM TAMPA PROTERORA, DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL AMBAR 20 gotas = 1ml, FILTRO DE PARTICULAS DE 15 MICRAS, TUBO EXTENSOR FLEXIVEL IGUAL OU SUPERIOR A 1,20 M DE COMPRIMENTO, COM INJETOR LATERAL EM “Y”, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO; IUNIFORME, COR AMBAR, ESTERIL COM CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE E BOLSAS FOTOPROTETORA PARA AMPOLAS E FRASCOS, APIROGENICO, ATOXICO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE	MEDIMAC	MEDSONDA	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
29	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSENSIVEL, FABRICADO EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL, PERFURADOR TIPO LANCETA COM TAMPA PROTERORA, DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL AMBAR 20 gotas = 1ml, FILTRO DE PARTICULAS DE 15 MICRAS, TUBO EXTENSOR FLEXIVEL IGUAL OU SUPERIOR A 1,20 M DE COMPRIMENTO, COM INJETOR LATERAL EM “Y”, COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO; UNIFORME, COR AMBAR, ESTERIL COM CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE E BOLSAS FOTO PROTETORA PARA AMPOLAS E FRASCOS, APIROGENICO, ATOXICO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE	BULA BRASIL	LAMEDID	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO





32	EQUIPO MICROGOTAS FOTOSENSIVEL, FABRICADO EM PVC OU POLIETILENO FLEXIVEL, PERFURADOR TIPO LANCETA COMTAMPA PROTETORA, DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR LATERL COM FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL NA COR AMBAR 60 MGTS/ML, FILTRO DE PARTICULAS DE 15 MICRAS, TUBO EXTENSOR FLEXIVEL IGUAL OU SUPERIOR A 1,20 M DE COMPRIMENTO, COM INJETOR LATERAL EM "Y", COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE , COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO; UNIFORME, COR AMBAR, ESTERIL com CONECTOR LUER LOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE E BOLSAS FOTOPROTETORA PARA AMPOLAS E FRASCOS, APIROGENICO, ATOXICO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	FRACASSADO				
38	EXTENSOR PARA PERFUSAO EM PVC COM PRIMER APROXIMADO DE 1,5ML, TUBO DE 150 CM COM RESISTENCIA APROPRIADA, CONECTOR LUER FEMEA E LUER LOCK REVERSIVEL TRANSPARENTES, COM PEGA NAO INFERIOR A 1,5 CM. ESTERIL, APIROGENICO, ATOXICO, EMBALADO INDIVIUALMENTE.	FRACASSADO				FRACASSADO





42	EXTENSOR PARA PERFUSAO EM PVC COM PRIMER APROXIMADO DE 0,96 ML, TUBO DE 120 CM COM RESISTENCIA APROPRIADA, CONECTOR LUER FEMEA E LUER LOCK REVERSIVEL TRANSPARENTES, COM PEGA NAO INFERIOR A 1,5 CM. ESTERIL, APIROGENICO, ATOXICO, EMBALADO INDIVIUAMENTE.	MAXIMA	BIOSANI	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
43	EXTENSOR PARA PERFUSAO EM PVC COM PRIMER APROXIMADO DE 0,96 ML, TUBO DE 120 CM COM RESISTENCIA APROPRIADA, CONECTOR LUER FEMEA E LUER LOCK REVERSIVEL TRANSPARENTES, COM PEGA NAO INFERIOR A 1,5 CM. ESTERIL, APIROGENICO, ATOXICO, EMBALADO INDIVIUAMENTE.	FRACASSADO				FRACASSADO
46	SERINGA DESCARTAVEL DE 150 ML PARA ADMINISTRACAO DE CONTRASTE EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTENDO TUBO EXTENSOR EM ESPIRAL E CACHIMBO PARA ENCHIMENTO COMPATIVEL BOMBA MEDRAD.	FRACASSADO				FRACASSADO
48	TRANSDUTOR PARAMONITORIZACAO DE PRESSAOINVASIVA, CONTENDO EQUIPO ECABO DE INTERFACE COMPATIVELCOM MONITOR OMNIMED	FRACASSADO				FRACASSADO





52	EQUIPO PARA DIALISE PERITONIAL PEDIATRICO EM VOLUMES EXATOS, CONTENDO TUBO EM PLASTICO ISENTO DE PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO, APITOGENICO, BIOCOMPATIVEL COM SOLUÇÕES, COM 2 PENETRADORES, 2 PINÇAS ROLETES, 2 CAMARAS GRADUADAS DE 150 ML, CONECTADO POR 2 TUBOS EM SUA PARTE INFERIOR CONTENDO DUAS PINÇAS ROLETES, 1 INTERMEDIARIO DUPLÓ LIGADO A 1 SEGUIMENTO DE TUBO INTERMEDIADO POR UMA VIA LUER FEMEA LIVRE (TORNEIRINHA) PARA CONEXAO DA SERINGA E NA EXTREMIDADE DO TUBO 1 BIFURCAÇÃO CONECTADA A UMA PINÇA ROLETE, SUA EXTREMIDADE INFERIOR É COMPOSTA POR UM CONECTOR LUER PARA CATETER E NA OUTRA VIA UMA CAMARA GRADUADA DE FUNDO CONCAVO LIGADA A UM TUBO GROSSOCALIBRE QUE ADAPTA A UMA BOLSA DE 2000ML PARA COLETA DE DIALISADO	FRACASSADO				FRACASSADO
53	BOMBA ELASTOMERICA, PORTATIL E DESCARTAVEL, FUNCIONAMENTO SEM BATERIA OU ELETRICIDADE, COM BALAO EM SILICONE DE MINIMO 275ML MAXIMO 400ML, EQUIPADO COM UM FILTRO DE PARTICULAS E UM FILTRO QUE EXPELE BOLHAS AR, COM MULTIDEBTOS – POSSIBILIDADE E ESCOLHER PELO MENOS 3 DEBTOS DIFERENTES (PODENDO SER 3ML, 5ML E 8ML) E DE PARAR O FLUXO ATRAVÉS CHAVE DESCARTAVEL.	FRACASSADO				FRACASSADO





54	BOMBA ELASTOMERICA, PORTATIL E DESCARTAVEL, FUNCIONAMENTO SEM BATERIA OU ELETRICIDADE, COM BALAO EM SILICONE DE MINIMO 275ML MAXIMO 400ML, EQUIPADO COM UM FILTRO DE PARTICULAS E UM FILTRO QUE EXPELE BOLHAS AR, COM MULTIDEBTOS – POSSIBILIDADE E ESCOLHER PELO MENOS 3 DEBTOS DIFERENTES (PODENDO SER 3ML, 5ML E 8ML) E DE PARAR O FLUXO ATRAVÉS CHAVE DESCARTAVEL.	FRACASSADO				FRACASSADO
----	--	------------	--	--	--	------------

Palmas, 08/07/2021

Assinatura Digital
Afrânia Nogueira de Souza
Mat. 11706554/1

Assinatura Digital
Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares



EQUIPO DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL LAMEDID®



LINHA:
Hospitalar
MARCA:
Lamedid®
FABRICANTE:
Anhui Easyway
ORIGEM:
China
REGISTRO ANVISA:
10369460196
CLASSE DE RISCO
II

Características Técnicas

- Equipo macrogotas (20 gotas/ml), modelo completo, para administração de soluções parenterais.
- Possui ponta perfurante (trifacetado) acompanhado de tampa protetora.
- O equipo contém tubo flexível, câmara de gotejamento, filtro, pinça rolete (ou regulador de fluxo) e entrada de ar.
- Injetor lateral em "Y" com plataforma de proteção para dedo.
- Acompanha uma capa protetora plástica adicional para os frascos de soluções a serem administradas.
- Conexão luer lock rotativo 6% (conexão "reversível").
- Comprimento: 1,5 cm.
- Embalado em papel grau cirúrgico.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Produto de uso único.

Composição

- Tampa protetora: Polietileno
- Câmara de gotejamento: PVC âmbar
- Filtro: HDPE
- Regulador de Fluxo e Adaptador luer: ABS
- Injetor lateral: membrana auto cicatrizante isenta de látex
- Tubo: PVC âmbar

Validade

5 anos

Indicação de Uso

É um sistema para administração (infusão) por gravidade de soluções fotosensíveis de uso médico-hospitalar.

Código

582

Descrição

EQUIPO MACRO FOTOSSENSIVEL C/100 LAMEDID

Apresentação

Caixa com 100 unidades

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525