

**PROCESSO:** 2019/30550/008199**DE:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Superintendência da Central de Licitação**SGD: 2021/30559/102427****PARECER TÉCNICO - 327/2021/SES/SAEL/DSH**

Em atenção ao solicitado no despacho nº 1262/2020 às fls. 2 e considerando a documentação das empresas licitantes anexadas às fls. 786/1732 e 1077/2235-v referentes ao Pregão Eletrônico nº 213/2020, segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal. Após análise, informaram que os documentos apresentados pelas empresas licitantes estão condizentes com o solicitado em Edital e quanto aos materiais segue.

ITEM	DESCRIPTIVO DO MATERIAL SOLICITADO	FORNECEDOR	FAB/MARCA	PARECER DO PRODUTO
07	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CONFECCIONADA EM NITRILO, ANATOMICA, AMBIDESTRA, NÃO CIRURGICA, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, SEM PÓ, AÇÃO BACTERICIDA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	JB COMERCIAL	MEDIX	APROVADO
11	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CONFECCIONADA EM NITRILO, ANATOMICA, AMBIDESTRA, NÃO CIRURGICA, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, SEM PÓ, AÇÃO BACTERICIDA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	JB COMERCIAL	MEDIX	APROVADO
12	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL Nº 6 COMPRIMENTO DE 60 CM. CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, MARCAÇÃO DE CONTROLE PARA INTRODUÇÃO, PONTA COM ORIFÍCIOS CIRCULARES LATERAIS DESENCONTRADOS, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA EM "Y" UNIVERSAL, MANDRIL DE AÇO FLEXIVEL E PRE-LUBRIFICADO. ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	MEDICONE	MEDICONE	APROVADO
13	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL Nº 6 COMPRIMENTO DE 60 CM. CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXIVEL, MARCAÇÃO DE CONTROLE PARA INTRODUÇÃO, PONTA COM ORIFÍCIOS CIRCULARES LATERAIS DESENCONTRADOS, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA EM "Y" UNIVERSAL, MANDRIL DE AÇO FLEXIVEL E PRE-LUBRIFICADO. ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	ATIVIDADE	SOLUMED	APROVADO
15	KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (PEG) 14 FR , ESTERIL, ATOXICO, DESCARTAVEL CONTENDO: SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE, ADAPTADOR PARA NUTRICAÇÃO COM DUAS	ATIVIDADE	BLENTA	APROVADO

Documento foi assinado digitalmente por GILENO DIAS DE OLIVEIRA em 09/07/2021 11:10:13.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: D85B87AE00D15E3F



	ENTRADAS E PINÇA TIPO CLAMP; GUIA METALICO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 600 MM, ALCA PARA APREENSAO DO FIO GUIA, ANTEPARO DE SEGURANCA PARA A PELE, BISTURI DESCARTAVEL COM LAMINA, CATETER INTRODUTOR INTRAGASTRICO COM CALIBRE COMPATIVEL PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, E CAMPO FENESTRADO.			
19	KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (PEG) 18 FR ESTERIL, ATOXICO, DESCARTAVE CONTENDO: SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE, ADAPTADOR PARA NUTRICAÇÃO COM DUAS ENTRADAS E PINÇA TIPO CLAMP; GUIA METALICO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 600MM, ALCA PARA APREENSAO DO FIO GUIA, ANTEPARO DE SEGURANCA PARA A PELE, BISTURI DESCARTAVEL COM LAMINA, CATETER INTRODUTOR INTRAGASTRICO COM CALIBRE COMPATIVEL PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, E CAMPO FENESTRADO.	MEDLINN	BLENTA	APROVADO
57	AGULHA PARA ASPIRACAO MEDULA OSSEA 15GA X 10 A 75MM COM EMPUNHADURA ERGONOMICA CANULA COM EXTREMIDADE DISTAL DA CANULA MONOFACETADA, MANDRIL, DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA EXTENSAO DA CANULA, BLOQUEIO DE MANDRIL, CONECTOR LUER LOCK PARA ASPIRACAO, ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA DESCARTE (ATENDENDO A NR 32)	ALPHARAD	MEDAX	REPROVADO Justificativa: produto enviado para analise não veio com dispositivo de segurança para descarte. Assim, não atende a NR32.
58	AGULHA PARA ASPIRACAO MEDULA OSSEA 15GA X 10 A 75MM COM EMPUNHADURA ERGONOMICA CANULA COM EXTREMIDADE DISTAL DA CANULA MONOFACETADA, MANDRIL, DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA EXTENSAO DA CANULA, BLOQUEIO DE MANDRIL, CONECTOR LUER LOCK PARA ASPIRACAO, ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA DESCARTE (ATENDENDO A NR 32)	UNIT	UNIT	APROVADO
59	AGULHA PARA ASPIRACAO MEDULA OSSEA 16GA X 10 A 75MM COM EMPUNHADURA ERGONOMICA CANULA COM EXTREMIDADE DISTAL DA CANULA MONOFACETADA, MANDRIL, DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA EXTENSAO DA CANULA, BLOQUEIO DE MANDRIL, CONECTOR LUER LOCK PARA ASPIRACAO, ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA DESCARTE (ATENDENDO A NR 32)	UNIT	UNIT	APROVADO
60	AGULHA PARA ASPIRACAO MEDULA OSSEA 16GA X 10 A 75MM COM EMPUNHADURA ERGONOMICA CANULA COM EXTREMIDADE DISTAL DA CANULA MONOFACETADA, MANDRIL, DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA EXTENSAO DA CANULA, BLOQUEIO DE MANDRIL, CONECTOR LUER LOCK PARA ASPIRACAO, ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA DESCARTE (ATENDENDO A NR 32)	UNIT	UNIT	APROVADO
61	AGULHA PARA ASPIRACAO MEDULA OSSEA 18GAX10 A 75MM COM EMPUNHADURA ERGONOMICA CANULA COM EXTREMIDADE DISTAL DA CANULA MONOFACETADA, MANDRIL, DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA EXTENSAO DA CANULA, BLOQUEIO DE MANDRIL, CONECTOR LUER LOCK PARA ASPIRACAO, ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM	UNIT	UNIT	APROVADO

Documento foi assinado digitalmente por GILENO DIAS DE OLIVEIRA em 09/07/2021 11:10:13.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: D85B87AE00D15E3F



	ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA DESCARTE (ATENDENDO A NR 32)			
62	AGULHA PARA ASPIRACAO MEDULA OSSEA 18GAX10 A 75MM COM EMPUNHADURA ERGONOMICA CANULA COM EXTREMIDADE DISTAL DA CANULA MONOFACETADA, MANDRIL, DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA EXTENSAO DA CANULA, BLOQUEIO DE MANDRIL, CONECTOR LUER LOCK PARA ASPIRACAO, ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA. DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA DESCARTE (ATENDENDO A NR 32)	UNIT	UNIT	APROVADO
63	AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 14GX20CM CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E IMPERFEICOES, CANULA DERMACADA EM CM, DISPARO SEMI- AUTOMATICO COM RESERVATORIO DE AMOSTRA PROTETOR DE AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA	ALPHARAD	MEDAX	APROVADO
64	AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 14GX20CM CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E IMPERFEICOES, CANULA DERMACADA EM CM, DISPARO SEMI- AUTOMATICO COM RESERVATORIO DE AMOSTRA PROTETOR DE AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA	ALPHARAD	MEDAX	APROVADO
79	TREPANO CIRURGICO PARA APLICACAO EM CORNEA RECEPTORA DIAMETRO LAMINA 7,25 MM	PRIME HOSPITALAR	NETT CIRURGICA	APROVADO ficha técnica em anexo às fls. 2242/2243
80	TREPANO CIRURGICO PARA APLICACAO EM CORNEA RECEPTORA DIAMETRO LAMINA 7,25 MM	PRIME HOSPITALAR	NETT CIRURGICA	APROVADO ficha técnica em anexo às fls. 2242/2243
81	TREPANO CIRURGICO PARA APLICACAO EM CORNEA RECEPTORA DIAMETRO LAMINA 7,50 MM	PRIME HOSPITALAR	NETT CIRURGICA	APROVADO ficha técnica em anexo às fls. 2242/2243
82	TREPANO CIRURGICO PARA APLICACAO EM CORNEA RECEPTORA DIAMETRO LAMINA 7,75 MM	PRIME HOSPITALAR	NETT CIRURGICA	APROVADO ficha técnica em anexo às fls. 2242/2243
83	TREPANO CIRURGICO PARA APLICACAO EM CORNEA RECEPTORA DIAMETRO LAMINA 8,00 MM	PRIME HOSPITALAR	NETT CIRURGICA	APROVADO ficha técnica em anexo às fls. 2242/2243
84	TREPANO CIRURGICO PARA APLICACAO EM CORNEA RECEPTORA DIAMETRO LAMINA 8,25 MM	PRIME HOSPITALAR	NETT CIRURGICA	APROVADO ficha técnica em anexo às fls. 2242/2243
85	TREPANO CIRURGICO PARA APLICACAO EM CORNEA RECEPTORA DIAMETRO LAMINA 8,25 MM	PRIME HOSPITALAR	NETT CIRURGICA	APROVADO ficha técnica em anexo às fls. 2242/2243
86	TREPANO CIRURGICO PARA APLICACAO EM CORNEA RECEPTORA DIAMETRO LAMINA 8,50 MM	PRIME HOSPITALAR	NETT CIRURGICA	APROVADO ficha técnica em anexo às fls. 2242/2243
87	TREPANO CIRURGICO PARA APLICACAO EM CORNEA RECEPTORA DIAMETRO LAMINA 9,00 MM	PRIME HOSPITALAR	NETT CIRURGICA	APROVADO ficha técnica em anexo às fls. 2242/2243

Documento foi assinado digitalmente por GILENO DIAS DE OLIVEIRA em 09/07/2021 11:10:13.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: D85B87AE00D15E3F



105	FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL NEONATAL, COM VOLUME DE 50 A 150ML, POSSUI UM ESPACO MINIMO DE 2,4ML, PESO 4,5G, DISPENSADOS O USO DE NEBULIZADORES TERMICOS CONVENCIONAIS DOS RESPIRADORES E ALTAMENTE EFICIENTE NA MANUTENCAO DA UMIDADE E DO CALOR DAS MISTURAS GASOSAS	HYPERMEDICAL	HECADI	REPROVADO Fornecedor desistiu do item, conforme justificativa abaixo.
-----	---	--------------	--------	--

Quanto ao item 105 (**Filtro umidificador bacteriano e viral neonatal...**), fora solicitado amostra para analise de qualidade, no entanto, conforme e-mail anexado às fls. 2250/2253, a empresa HYPERMEDICAL através do representante srº VAGNER, informa: **“vimos informar que houve um erro de nossa parte, o filtro que cotamos no referido pregão é ADULTO, nós não trabalhamos com filtro Neonatal. Pedimos desculpas pelo nosso erro, mas infelizmente não vamos conseguir te atender nessa solicitação”**.

Palmas, 09/07/2021.

Assinatura Digital

Flaviana F. Silva. Araújo
Mat: 11509368/3

Assinatura Digital

Alzira Francisca G. dos Santos
Mat: 11582936/2

Assinatura Digital

Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares

