

**PROCESSO:** 2019/30550/005588**SGD:** 2021/30559/104324**PREGÃO ELETRÔNICO Nº:** 096/2021**DE:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Superintendência da Central de Licitação**PARECER TÉCNICO - 340/2021/SES/SAEL/DSH**

Em atenção ao solicitado no despacho nº 1359/2021 e considerando a documentação da empresa licitante anexada às fls. 1911. Segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal. Após análise, informamos que a documentação oriunda da empresa ATIVIDADE atende ao solicitado em Edital e quanto aos produtos segue parecer técnico.

ITEM	DESCRIPTIVO DO MATERIAL SOLICITADO	FAB/MARCA	PARECER DO PRODUTO
1	CAMPO CIRURGICO INCISIONAL ANTIMICROBIANO, COM ADESIVO ACRILICO IMPREGNADO DE IODO SENSIVEL A PRESSAO, ESTERIL, HIPOALERNICO, IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E MICROORGANISMOS, UTILIZADO PARA PROMOVER UMA SUPERFICIE ESTERIL AO REDOR DA INCISAO CIRURGICA. DIMENSOES AREA TOTAL 44CM X 35CM E AREA INCISIONAL 34CM X 35CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL	MED-DRAPE (CC45 SEM IODO)	REPROVADO Justificativa: produto ofertado não tem em sua composição iodo .
2	CAMPO CIRURGICO INCISIONAL ANTIMICROBIANO, COM ADESIVO ACRILICO IMPREGNADO DE IODO SENSIVEL A PRESSAO, ESTERIL, HIPOALERNICO, IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E MICROORGANISMOS, UTILIZADO PARA PROMOVER UMA SUPERFICIE ESTERIL AO REDOR DA INCISAO CIRURGICA. DIMENSOES AREA TOTAL 66CM X 85CM E AREA INCISIONAL 56CM X 85CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL	MED-DRAPE (CC45 SEM IODO)	REPROVADO Justificativa: produto ofertado não tem em sua composição iodo .
4	SALTO ORTOPEDICO CONFECCIONADO EM BORRACHA FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIAE FACIL ADAPTACAO AO GESSO TAMANHO M	TAYLOR	APROVADO
5	SALTO ORTOPEDICO CONFECCIONADO EM BORRACHA FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIAE FACIL ADAPTACAO AO GESSO TAMANHO P	TAYLOR	APROVADO

Palmas, 13/07/2021.

Assinatura Digital
Flaviana F. Silva Araújo
Mat: 11509368

Assinatura Digital
Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares

