

**PROCESSO Nº: 2020/30550/006281****DE: GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA****PARA: SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO****PARECER TÉCNICO Nº 06/2021/SES/SGA****SGD 2021/30559/110281**

Tratam os autos para contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento eletro médico hospitalar (Equipamento odontológico oncológico) para atender ao Hospital Geral Público de Palmas entidade mantido e administrada pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

Em atendimento ao Despacho nº 1652/2021/SES/SCL às fls. 599, que solicita manifestação técnica acerca do preço e dos produtos ofertados nas propostas bem como das documentações técnicas das licitantes, informa abaixo parecer técnico:

- **Quanto à proposta de preços (proposta 120 dias; pagamento 30 dias; prazo de entrega 30 dias; garantia 12 meses; marca; valor; descrição dos itens; quantidade):**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
NORTE DISTRIBUIDORA	03	553 a 593	ATENDE
	04		NÃO ATENDE *

(*) Motivo do não atendimento do Item 4:

- a) Não apresenta no folder a comprovação que possui a função que mede a temperatura e a umidade relativa.
 - b) Solicitado tela de LED Colorido, ofertou equipamento com tela de LCD.
- **Ao menos um atestado de capacidade técnica**
 - **O registro da ANVISA fornecido na proposta de preços**
 - **Declaração do fornecedor se responsabilizando pela instalação e treinamento operacional dos equipamentos em local e data indicados pelo Contratante e que assume todos os custos relativos a estes procedimentos:**
 - **Nome e responsável pela assistência técnica autorizada pelo fabricante:**

EMPRESA	ITENS	FOLHAS	CONCLUSÃO
NORTE DISTRIBUIDORA	03, 04	553 a 593	ATENDE

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES
Gerente de Engenharia Clínica

