



**PROCESSO** : 2018/30550/002350  
**INTERESSADO** : Diretoria de Suprimentos Hospitalares  
**ASSUNTO** : Parecer de itens do Pregão Eletrônico n°. 100/2021  
SGD 2021/30559/114859

**PARECER TÉCNICO 069/2021/SES/HGPP/DG**

Relativo aos produtos apresentados no Pregão Eletrônico n°. 100/2021, Processo 2018/30550/002350, encaminhados ao Hospital Geral de Palmas para avaliação técnica, por meio da Solicitação 114/2021/SES/SAEL/DSH (SGD 2021/30559/093664), informamos o que segue:

- a) **ITEM 04 - (IDEM EDITAL)**, Produto Fabricante/Marca: BIOMEDICAL, Registro da ANVISA 10196320024. **APROVADO;**
- b) **ITEM 05 - (IDEM EDITAL)**, Produto Fabricante/Marca: BIOMEDICAL, Registro da ANVISA 10196320024. **APROVADO;**
- c) **ITEM 09 - (IDEM EDITAL)**, Produto Fabricante/Marca: BLENTAPORT, Registro da ANVISA 81158510031. **APROVADO;**
- d) **ITEM 11 - (IDEM EDITAL)**, Produto Fabricante/Marca: LIFE PORT, Registro da ANVISA 10172780013. **APROVADO;**
- e) **ITEM 12 - (IDEM EDITAL)**, Produto Fabricante/Marca: GMI MEDICAL, Registro da ANVISA 80423540030. **APROVADO.**

Palmas, 05 de agosto de 2021.

*Assinatura Eletrônica*

**JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS**  
Diretor Administrativo e Financeiro/HGP

*Assinatura Eletrônica*

**DR. LUCIANO BATISTA LOPES**  
Diretor Técnico/HGP

*Assinatura Eletrônica*

**LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA**  
Diretor Geral/HGP



SECRETARIA  
DA SAÚDE**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADOPraça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br**PROCESSO Nº:** 2019/30550/002350**INTERESSADO:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Superintendência da Central de Licitação

SGD: 2021/30559/117191

**PARECER TÉCNICO - 388/2021/SES/SAEL/DSH**

Em atenção ao Despacho nº 1324/2021/SES/SCL às fls. 704, encaminhamos o parecer técnico da área responsável do HGP para os itens: 04, 05, 09, 11 e 12 às fls. 709.


Quanto aos itens 07,08 e 14 segue nosso parecer baseado nas aprovações em pregões anteriores.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	FAB/MARCA	PARECER
07	CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL 5 FR, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, BIOCOMPATIVEL, COMPOSTO DE CAMARA SIMPLES BAIXO PERFIL EM POLIURETANO, POLISULFONA OU TITANIO REVESTIDA DE SILICONE E ALMOFADA DE SILICONE RESISTENTES E SEGURAS QUANTO AS REPETIDAS PUNCOES E TOTAL COMPATIBILIDADE COM EXAMES DE RESSONANCIA TOMOGRAFIA E RAI0-X, CATETER VENOSO EM SILICONE,RADIOPACO COM 60 CM DE COMPRIMENTO E MEDIDAS DEMARCADAS AO LONGO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA		<b>FAB/MARCA:</b> GMI MEDICAL <b>REG ANVISA:</b> 80423540030	APROVADO
08	CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL 5 FR, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, BIOCOMPATIVEL, COMPOSTO DE CAMARA SIMPLES BAIXO PERFIL EM POLIURETANO, POLISULFONA OU TITANIO REVESTIDA DE SILICONE E ALMOFADA DE SILICONE RESISTENTES E SEGURAS QUANTO AS REPETIDAS PUNCOES E TOTAL COMPATIBILIDADE COM EXAMES DE RESSONANCIA TOMOGRAFIA E RAI0-X, CATETER VENOSO EM SILICONE,RADIOPACO COM 60 CM DE COMPRIMENTO E MEDIDAS DEMARCADAS AO LONGO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA		<b>FAB/MARCA:</b> GMI MEDICAL <b>REG ANVISA:</b> 80423540030	APROVADO



Documento foi assinado digitalmente por GILENO DIAS DE OLIVEIRA em 09/08/2021 17:49:10.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 7749AE8500D56AA9.

SECRETARIA  
DA SAÚDE**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADOPraça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

14	CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL 9 FR, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, BIOCOMPATIVEL, COMPOSTO DE CAMARA SIMPLES BAIXO PERFIL EM POLIURETANO, POLISULFONA OU TITANIO REVESTIDA DE SILICONE E ALMOFADA DE SILICONE RESISTENTES E SEGURAS QUANTO AS REPETIDAS PUNCOES E TOTAL COMPATIBILIDADE COM EXAMES DE RESSONANCIA TOMOGRAFIA E RAIOS-X, CATETER VENOSO EM SILICONE, RADIOPACO COM 60 CM DE COMPRIMENTO E MEDIDAS DEMARCADAS AO LONGO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA		FAB/MARCA: LIFE PORT REG ANVISA: 10172780013	APROVADO
----	---	--	---	----------

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Proposta de Preço, Atestado de capacidade técnica, Registro do Produto na Anvisa, Autorização de funcionamento da ANVISA/MS e Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária, informamos que os documentos apresentados pelas empresas estão condizentes com o solicitado.

Encaminhamos os autos para prosseguimento do feito.

Palmas, 09/08/2021.

(Assinatura Digital)

**FRANCISCO MAGNO MENDES DE MIRANDA**  
Assistente Especializado

(Assinatura Digital)

**GILENO DIAS DE OLIVEIRA**  
Diretor de Suprimentos Hospitalares



Documento foi assinado digitalmente por GILENO DIAS DE OLIVEIRA em 09/08/2021 17:49:10.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 7749AE8500D56AA9.