

**PROCESSO:** 2021/30550/004357**SGD:** 2021/30559/179357**DE:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Superintendência da Central de Licitação**PARECER TÉCNICO - 647/2021/SES/SAEL/DSH**

Em atenção ao solicitado no despacho nº 2509/2021 e considerando a documentação das empresas licitantes anexadas às fls. 401 a 1254 referentes ao Pregão Eletrônico nº 266/2021, segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal. Após análise, informamos que os documentos oriundos das empresas: DMI BRASILIA, FIX HOSPITALAR, HM CIRURGICA, HYPERMEDICAL e MC CIRURGICA atendem ao solicitado em Edital e quanto aos materiais segue parecer técnico.

ITEM	DESCRIPTIVO DO MATERIAL SOLICITADO	FAB/ MARCA	PARECER DO PRODUTO
1	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 0 COM 75 (+- 5) CM COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 3,5 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (FECHAMENTO GERAL).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
2	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 2 COM 3x50 (+- 5) CM COM AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 7,5 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CIRURGIA GERAL/FECHAMENTO GERAL).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
3	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 2 COM 3x50 (+- 5) CM COM AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 7,5 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CIRURGIA GERAL/FECHAMENTO GERAL).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
4	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 2-0 COM 75 (+- 5) CM COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (GASTROINTESTINAL).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
5	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 2-0 COM 75 (+- 5) CM COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (GASTROINTESTINAL).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
7	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 3-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,5 (+- 0,1)	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme





	CM CORPO QUADRADO EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).		justificado abaixo
8	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 3-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,5 (+- 0,1) CM CORPO QUADRADO EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
9	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 3-0 COM 90 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 3,0 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
10	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 3-0 COM 90 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 3,0 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
11	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 4-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,1 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
12	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 4-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,1 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
13	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 4-0 COM 75(+ - 5) CM COM ALMOFADA DE TEFLON COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 1,6 (+- 0,1) CM CORPO QUADRADO EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
14	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 4-0 COM 75(+ - 5) CM COM ALMOFADA DE TEFLON COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 1,6 (+- 0,1) CM CORPO QUADRADO EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
15	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 5-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 1,6 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
16	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 5-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 1,6 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
17	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 6-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 1,2 (+- 0,1) CM CORPO QUADRADO EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
18	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 6-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 1,2 (+- 0,1) CM CORPO QUADRADO EMBALAGEM PGC E/OU	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado





	ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).		abaixo
19	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 7-0 COM 60 a 75CM COM 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 1,0 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
20	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 7-0 COM 60 a 75CM COM 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 1,0 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
21	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO NAO ABSORVIVEL AZUL No 3-0 COM 75 (+- 5) CM COM 01 AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,5 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (GASTROINTESTINAL)	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
22	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO NAO ABSORVIVEL AZUL No 10-0 COM 20 A 30 CM COM 02 AGULHAS RETA DE 1,6 CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (OFTAMOLOGIA).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
23	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO NAO ABSORVIVEL AZUL No 10-0 COM 20 A 30 CM COM 02 AGULHAS RETA DE 1,6 CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (OFTAMOLOGIA).	COVIDIEN/ POLYSUTURE/ 80052020066	APROVADO
24	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO NAO ABSORVIVEL AZUL No 3-0 COM 75 (+- 5) CM COM 01 AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3,0 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS(GASTROINTESTINAL)	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
25	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO NAO ABSORVIVEL AZUL No 4-0 COM 75 CM OU 90 CM COM 2 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,6 CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR)	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
27	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO NAO ABSORVIVEL AZUL No 8-0 COM 45 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 0,60CM A 0,65CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	SHALON 10243410014	REPROVADO conforme justificado abaixo
28	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO NAO ABSORVIVEL AZUL No 8-0 COM 45 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 0,60CM A 0,65CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	COVIDIEN/ POLYSUTURE/ 10349000196	APROVADO

Esta Diretoria informa que o parecer técnico foi realizado com base em critérios objetivos, considerando que os fios cirúrgicos para a marca SHALON vem sendo reprovados pela equipe técnica hospitalar conforme demonstrado/justificado através de parecer técnico Hospitalar nº 021/2020 - referente ao processo nº 6366/2019 e parecer técnico Hospitalar nº 14/2021 – referente ao processo nº 4314/2020, ambos pareceres em anexo.





Na análise Hospitalar foi conferido o nível de qualidade e satisfação exigível do produto para atender com segurança o maior e mais complexo Hospital do Estado do Tocantins - HGPP. Conforme relatos da equipe técnica Hospitalar os fios para a marca supracitada não apresentaram níveis suficientes de qualidade mínima necessária, e, após varias e insistentes avaliações no decorrer do tempo, identificadas sempre as seguintes deficiências: ***“fio apresentando baixa resistência tênsil com ruptura fácil ao manuseio habitual, não apresentando fixação no nó, rompendo com facilidade, desfiando, desencastoando da agulha e não tendo maleabilidade”***.

Mediante o exposto, deve-se considerar que a má qualidade dos fios cirúrgicos influencia diretamente no atendimento ao paciente, podendo ocasionar sérias complicações por causa de possíveis rompimentos e outras limitações dos materiais, causando, portanto, grandes transtornos, podendo colocar em risco a saúde/vida dos pacientes.

Informamos ainda que, com intuito de não procrastinar o andamento dos autos o pregoeiro deverá desclassificar as próximas empresas que ofertarem o mesmo produto/material para as marcas já reprovadas anteriormente, tendo em vista, que os mesmos não atendem as unidades hospitalares conforme justificado/respaldado pelo parecer técnico hospitalar.

Palmas, 25/11/2021.

Assinatura Digital

Flaviana F. Silva. Araújo
COREN-TO 063.689

Assinatura Digital

Afrânia Nogueira de Souza
COREN-TO 568.798

Assinatura Digital

Alzira F. G. dos Santos
COREN-TO 422519

Assinatura Digital

Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares





PROCESSO : 2020/30550/004314
INTERESSADO : Diretoria de Suprimentos Hospitalares
ASSUNTO : Parecer de itens do Pregão Eletrônico n°. 223/2020

SGD 2021/30559/023107

PARECER TÉCNICO 14/2021/SES/HGPP/DG

Em resposta à solicitação 8/2021/SES/SAEL/DSH, SGD 2021/30559/008812, levando-se em conta a necessidade do **Hospital Geral Público de Palmas**, segue avaliação do(s) produto(s) ofertado(s) na(s) proposta(s) classificada no Pregão Eletrônico n°. 223/2020, Processo n°. 004314/2020:

Pregão Eletrônico n°. 223/2020

Item	Descrição	Fabricante/ Marca	Resultado
01	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.	BIOLINE	Aprovado
03	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.		
04	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.		
05	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.		
06	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO (...) conforme descritivo editalício.		
07	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.	BIOLINE	Aprovado
08	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO (...) conforme descritivo editalício.		





09	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO (...) conforme descritivo editalício.	SHALON	<i>Reprovado</i>
10	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO (...) conforme descritivo editalício.	BIOLINE	Aprovado
11	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.		Aprovado
13	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.	ATRAMAT	<i>Reprovado</i>
14	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.	SHALON	<i>Reprovado</i>
15	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.	BIOLINE	Aprovado
17	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.	SHALON	<i>Reprovado</i>
18	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.		
20	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA OU ACIDO POLIGLICOLICO ABSORVIVEL SINTÉTICO (...) conforme descritivo editalício.	BIOLINE	Aprovado
21	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.		
22	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO (...) conforme descritivo editalício.	SHALON	<i>Reprovado</i>
32	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO No 2-0 (...) conforme descritivo editalício.	BIOLINE	Aprovado
36	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO No 3-0 (...) conforme descritivo editalício.		





41	FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO No 2-0 (...) conforme descritivo editalício.	DONATI	Aprovado
42	FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO No 2-0 (...) conforme descritivo editalício.	SHALON	Reprovado
44	FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO No 3-0 (...) conforme descritivo editalício.	BIOLINE	Aprovado
45	FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO No 3-0 (...) conforme descritivo editalício.		
47	FIO CIRURGICO NYLON MONOFILAMENTO No 4-0 (...) conforme descritivo editalício.	DONATI	Aprovado
48	FIO CIRURGICO DE NYLON (POLYAMIDA) (...) conforme descritivo editalício.		
49	FIO CIRURGICO DE NYLON (POLYAMIDA) (...) conforme descritivo editalício.	BIOLINE	Aprovado
51	FIO CIRURGICO DE NYLON (POLYAMIDA) (...) conforme descritivo editalício.		
54	FIO CIRURGICO DE POLIESTER VERDE TRANÇADO (...) conforme descritivo editalício.		
55	FIO CIRURGICO DE POLIESTER VERDE TRANÇADO (...) conforme descritivo editalício.	SHALON	Reprovado
58	FIO CIRURGICO DE POLIESTER TRANÇADO (...) conforme descritivo editalício.	BIOLINE	Aprovado
61	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL (...) conforme descritivo editalício.		
64	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL (...) conforme descritivo editalício.	SHALON	Reprovado
69	FIO CIRURGICO DE SEDA NAO ABSORVIVEL (...) conforme descritivo editalício.	BIOLINE	Aprovado
71	FIO CIRURGICO DE SEDA NAO ABSORVIVEL TRANÇADO (...) conforme descritivo editalício.	SHALON	
72	FIO DE MARCAPASSO 2-0, COM 60 (+-5) CM COM AGULHA (...) conforme descritivo editalício.	MICRO SUTURE	Reprovado

Obs.: Motivação da reprovação: Os fios analisados apresentaram baixa resistência tênil com ruptura fácil ao manuseio habitual, não apresentando fixação no





nó, podendo romper, desfiar, desencastear da agulha, bem como não ter maleabilidade. Deste modo, reprovamos as amostras apresentadas.

Desde já esta avaliação se estende aos demais licitantes que ofertarem às marcas SHALON® e ATRAMAT®, **para os produtos (itens)** constantes deste parecer, de forma que ficam desde logo reprovados para os itens já avaliados, portanto, dispensada nova avaliação por parte desta Unidade Hospitalar para os mesmos.

Palmas, 23 de fevereiro de 2021.

Assinatura Eletrônica

JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Eletrônica

DR. LUCIANO BATISTA LOPES
Diretor Técnico

Assinatura Eletrônica

LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA
Diretor Geral

