

SECRETARIA
DA SAÚDE**TOCANTINS**
GOVERNO DO ESTADOPraça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br**PARECER TÉCNICO nº 50/2022/SES/SAEL/DAF**
(sgd: 2022/30559/152380)**PROCESSO: 1045/2021****PREGAO ELETRONICO: 166/2022****DATA:01/07/2022****PROPOSTAS APRESENTADAS PELO FORNECEDOR BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	MARCA	VALOR DA PROPOSTA	PARECER	CONCLUSÃO
3.	REFRIGERADOR CIENTÍFICO PARA ARMAZENAMENTO CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS TERMOLÁBEIS; TIPO VERTICAL COM CAPACIDADE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 1400 LITROS; 6 PORTAS, SISTEMA DE CONTROLE TERMOSTÁTICO COM COMANDO DIGITAL (PAINEL DIGITAL) COM FAIXA DE AJUSTE DE +2 A +8°C (GRAUS CENTÍGRADOS); SISTEMA DE ALARME SONORO PARA DESVIO DE TEMPERATURAS COM CONFIGURAÇÃO DE MÁXIMA E MÍNIMA E DE INTERRUÇÃO DE ENERGIA, COM REGISTRO DE TEMPERATURAS SEM IMPRESSÃO; GABINETE EXTERNO CONSTITUÍDO DE MATERIAL TRATADO ANTIFERRUGEM OU CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; DEVEM POSSUIR PRATELEIRAS DO TIPO GRELHAS OU GAVETAS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS; COMPRESSOR HERMÉTICO COM GÁS REFRIGERANTE LIVRE DE CFC; REFRIGERAÇÃO INTERNA COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO; DEGELO AUTOMÁTICO SECO E EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO; ILUMINAÇÃO INTERNA; PORTA DE VIDRO QUE PERMITA COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR COM	UNIDADE	Biotechno, BT-1100/1 500	R\$ 21.900,00	EM CONFORMIDADE	FAVORÁVEL

Documento foi assinado digitalmente por KÉDMA MARIA CARNEIRO em 01/07/2022 12:09:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd-ati.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: C200F383010E4B0A.

SECRETARIA
DA SAÚDE**TOCANTINS**
GOVERNO DO ESTADO

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
 Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
 Tel.: +55 63 3218-1700
 saude.to.gov.br

	ISOLAMENTO TÉRMICO E ANTIEMBAÇAMENTO; PÉS COM RODÍZIO COM TRAVAS; ALIMENTAÇÃO 220V; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO NÍVEL "A" INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.					
--	---	--	--	--	--	--

A empresa apresentou atestado de Capacidade Técnica.

O item atende as necessidades técnicas da Assistência Farmacêutica, assim como a proposta de preço.

PROPOSTA APRESENTADA PELO FORNECEDORELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	MARCA	VALOR DA PROPOSTA	PARECER	CONCLUSÃO
5.	REFRIGERADOR CIENTÍFICO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS TERMOLÁBEIS; TIPO VERTICAL COM CAPACIDADE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 LITROS; SISTEMA DE CONTROLE TERMOSTÁTICO COM COMANDO DIGITAL (PAINEL DIGITAL) COM FAIXA DE AJUSTE DE +2 A +8°C (GRAUS CENTÍGRADOS); SISTEMA DE ALARME SONORO PARA DESVIO DE TEMPERATURAS COM CONFIGURAÇÃO DE MÁXIMA E MÍNIMA E DE INTERRUÇÃO DE ENERGIA, COM REGISTRO DE TEMPERATURAS SEM IMPRESSÃO; GABINETE EXTERNO CONSTITUÍDO DE MATERIAL TRATADO ANTIFERRUGEM OU CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO CINCO (5) PRATELEIRAS DO TIPO GRELHAS OUGAVETAS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS; COMPRESSOR HERMÉTICO COM GÁS REFRIGERANTE LIVRE DE CFC; REFRIGERAÇÃO INTERNA COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO; DEGELO	UNIDADE	ELBER CSV600	R\$ 9.490,50	EM CONFORMIDADE	FAVORÁVEL

Documento foi assinado digitalmente por KÉDMA MARIA CARNEIRO em 01/07/2022 12:09:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd-ati.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: C200F383010E4B0A.



SECRETARIA
DA SAÚDE**TOCANTINS**
GOVERNO DO ESTADOPraça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

	AUTOMÁTICO SECO E EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO; ILUMINAÇÃO INTERNA; PORTA DE VIDRO QUE PERMITA COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ANTIEMBAÇAMENTO; PÉS COM RODÍZIO COM TRAVAS; ALIMENTAÇÃO 220V; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO NÍVEL "A" INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO					
--	---	--	--	--	--	--

A empresa apresentou atestado de Capacidade Técnica.

O item atende as necessidades técnicas da Assistência Farmacêutica, assim como a proposta de preço.

PROPOSTA APRESENTADA PELO FORNECEDOR H M LINCK

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	MARCA	VALOR DA PROPOSTA	PARECER	CONCLUSÃO
4.	REFRIGERADOR CIENTÍFICO PARA ARMAZENAMENTO CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS TERMOLÁBEIS; TIPO VERTICAL COM CAPACIDADE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 1400 LITROS; 6 PORTAS, SISTEMA DE CONTROLE TERMOSTÁTICO COM COMANDO DIGITAL (PAINEL DIGITAL) COM FAIXA DE AJUSTE DE +2 A +8°C (GRAUS CENTÍGRADOS); SISTEMA DE ALARME SONORO PARA DESVIO DE TEMPERATURAS COM CONFIGURAÇÃO DE MÁXIMA E MÍNIMA E DE INTERRUÇÃO DE ENERGIA, COM REGISTRO DE TEMPERATURAS SEM IMPRESSÃO; GABINETE EXTERNO CONSTITUÍDO DE MATERIAL TRATADO ANTIFERRUGEM OU CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; DEVEM POSSUIR	UNIDADE	Biotechno, BT-1100/1500	R\$ 24.773,00	EM CONFORMIDADE	FAVORÁVEL

Documento foi assinado digitalmente por KÉDMA MARIA CARNEIRO em 01/07/2022 12:09:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd-ati.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: C200F383010E4B0A.



SECRETARIA
DA SAÚDETOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
 Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
 Tel.: +55 63 3218-1700
 saude.to.gov.br

	PRATELEIRAS DO TIPO GRELHAS OU GAVETAS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS; COMPRESSOR HERMÉTICO COM GÁS REFRIGERANTE LIVRE DE CFC; REFRIGERAÇÃO INTERNA COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO; DEGELO AUTOMÁTICO SECO E EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO; ILUMINAÇÃO INTERNA; PORTA DE VIDRO QUE PERMITA COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ANTIEMBAÇAMENTO; PÉS COM RODÍZIO COM TRAVAS; ALIMENTAÇÃO 220V; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO NÍVEL "A" INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.					
6.	REFRIGERADOR CIENTÍFICO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS TERMOLÁBEIS; TIPO VERTICAL COM CAPACIDADE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 LITROS; SISTEMA DE CONTROLE TERMOSTÁTICO COM COMANDO DIGITAL (PAINEL DIGITAL) COM FAIXA DE AJUSTE DE +2 A +8°C (GRAUS CENTÍGRADOS); SISTEMA DE ALARME SONORO PARA DESVIO DE TEMPERATURAS COM CONFIGURAÇÃO DE MÁXIMA E MÍNIMA E DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA, COM REGISTRO DE TEMPERATURAS SEM IMPRESSÃO; GABINETE EXTERNO CONSTITUÍDO DE MATERIAL TRATADO ANTIFERRUGEM OU CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO CINCO (5) PRATELEIRAS DO TIPO GRELHAS OU GAVETAS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS; COMPRESSOR HERMÉTICO COM GÁS REFRIGERANTE LIVRE DE CFC; REFRIGERAÇÃO INTERNA COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO; DEGELO AUTOMÁTICO SECO E EVAPORAÇÃO DE	UNIDADE	Biotechno, BT-1100/6 00	R\$ 12.500,00	EM CONFORMIDADE	FAVORAVÉL

Documento foi assinado digitalmente por KÉDMA MARIA CARNEIRO em 01/07/2022 12:09:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd-ati.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: C200F383010E4B0A.



SECRETARIA
DA **SAÚDE**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

	CONDENSADO; ILUMINAÇÃO INTERNA; PORTA DE VIDRO QUE PERMITA COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ANTIEMBAÇAMENTO; PÉS COM RODÍZIO COM TRAVAS; ALIMENTAÇÃO 220V; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO NÍVEL "A" INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO					
--	---	--	--	--	--	--

A empresa apresentou atestado de Capacidade Técnica.

Os itens atendem as necessidades técnicas da Assistência Farmacêutica, assim como as propostas de preços.

Assinatura Eletrônica

MEIRY BARROS ARAÚJO

Gerente Técnico e Científico

Assinatura Eletrônica

KÉDMA MARIA CARNEIRO

Diretora de Assistência Farmacêutica



Documento foi assinado digitalmente por KÉDMA MARIA CARNEIRO em 01/07/2022 12:09:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd-ati.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: C200F383010E4B0A.