



(SGD: 2022/30559/283851)

DE: LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS
PARA: SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO
PROCESSO: 2021/30550/000494

Palmas, 24/11/2022.

PARECER Nº 71/2022/SES/SVPPS/DLCSP/GTBM

Em resposta ao Despacho nº 3526/2022/SESAU/SCL, referente ao SGD: 2022/30559/280294, acerca de esclarecimento/complementação das informações apresentadas no Parecer Técnico nº 69/2022/SES/SVPPS/DLCSP/GTMB, quanto à manifestação DESFAVORÁVEL do item 01 da empresa SINTESE BIOTECNOLOGIA LTADA, informamos o seguinte:

Em consulta ao Manual do Sistema PCR em tempo real CFX Opus 96 Dx, no site <https://www.bio-rad.com/sites/default/files/2021-08/10000135638.pdf>, verifica-se que a especificação de desempenho no que se refere "taxa de rampa máxima é de 5 °C/s". Já a necessidade do LACEN, refere-se à "taxa máxima de rampa de aquecimento do bloco maior ou igual a 6,5 °C/s".

Dessa forma, ratificamos a informação já apresentada no mencionado parecer, "a especificação do item proposto pela mencionada empresa diverge da descrição produto que consta no Edital do Pregão Eletrônico nº 101/2022, às fls 503".

(assinado digitalmente)

VANESSA COSTA SANTOS

Executiva em Saúde

(assinado digitalmente)

GISELE CHRISTINA OLIVEIRA SILVA LISBOA

Gerente Técnico do Laboratório Central de Saúde Pública

(assinado digitalmente)

JUCIMÁRIA DANTAS GALVÃO

Diretora do Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN/TO