




(SGD: 2022/30559/293392)

DE: LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS

PARA: GERÊNCIA DE COTAÇÃO

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO

PROCESSO: 2021/30550/000494



Palmas, 05/12/2022.

PARECER TÉCNICO Nº 65/2022/SES/SVPPS/DLCSP/GTBM

Em resposta ao despacho 3635/2022/SESAU/SCL, acerca da manifestação técnica quanto aos preços e produtos apresentados, bem como da documentação técnica da licitante, vimos informar:

No que se refere à documentação da proposta apresentada pela BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA (fls 655 A 768) manifestamo-nos DESFAVORÁVEL aos referidos documentos, uma vez que a especificação do item proposto pela mencionada empresa diverge da descrição do Edital do Pregão Eletrônico nº 101/2022, às folhas 503.

(assinado digitalmente)

GISELE CHRISTINA OLIVEIRA SILVA LISBOA
Gerente Técnico do Laboratório Central de Saúde Pública

(assinado digitalmente)

JUCIMÁRIA DANTAS GALVÃO
Diretora do Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN/TO



SECRETARIA
DA SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

PROCESSO : 2021/30550/000494
INTERESSADO : Superintendência de Vigilância em Saúde
OBJETO : Aquisição de equipamento laboratorial
PREGÃO ELETRÔNICO : 101/2022

SES-TO

Proc.: _____

Fls nº 771

10
Visto

DESPACHO Nº. 3701/2022/SESAU/SCL
SGD Nº 2022/30559/296100

Encaminhem-se os presentes autos a **Diretoria do Laboratório Central - Lacen**, para esclarecimento/complementação das informações apresentadas no Parecer Técnico nº 65/2022/SES/SVPPS/DLCSP/GTBM (fl. 770), no sentido de **justificar/esclarecer o motivo pelo qual o item 01 foi DESFAVORÁVEL**, para a empresa BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES.

Ato seguinte, após apresentada a indicada manifestação, os autos devem retornar a **Superintendência da Central de Licitação** para prosseguimento do feito.

Superintendência da Central de Licitação, em Palmas/TO, aos 07 dias do mês de dezembro de 2022.

Assinatura digital

DANILO VELOSO OLIVEIRA
Pregoeiro

SCL

Documento foi assinado digitalmente por DANILO VELOSO OLIVEIRA em 07/12/2022 07:54:29.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd-atl.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 2BD3F6E6012A6D95





(SGD: 2022/30559/301574)

DE: LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS

PARA: SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO

PROCESSO: 2021/30550/000494

Palmas, 12/12/2022.

PARECER TÉCNICO Nº 66/2022/SES/SVPPS/DLCSP/GTBM

Em resposta ao despacho 3701/2022/SESAU/SCL, acerca da justificativa/esclarecimento do motivo pelo qual o item 01 foi DESFAVORÁVEL para a empresa BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO HOSPITALARES, vimos informar:

Em consulta ao Manual de operações DTprime na pág. 667 verifica-se que a especificação de desempenho no que se refere a "Taxa máxima da rampa de aquecimento é de 3,5 C/s". Já a necessidade do LACEN, refere-se a "taxa máxima de aquecimento do bloco maior ou igual a 6,5° C/s".

(assinado digitalmente)

GISELE CHRISTINA OLIVEIRA SILVA LISBOA
Gerente Técnico do Laboratório Central de Saúde Pública

(assinado digitalmente)

JUCIMÁRIA DANTAS GALVÃO
Diretora do Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN/TO

