

SECRETARIA
DA SAÚDE**TOCANTINS**
GOVERNO DO ESTADOLaboratório Central de Saúde Pública do Tocantins
QD. 601 Sul, AV. LO 15, Conj. 02, Lt 01, cep: 77016-336
Plano Diretor Sul, Tel.: +55 63 3218-2479
Email: gerenciaadm.lacen@gmail.com**(SGD: 2024/30559/258332)****DE:** LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO TOCANTINS
PARA: SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO
AUTOS: 2024/30550/003298

Palmas, 13/09/2024.

PARECER TÉCNICO Nº 8/2024/SES/SVPPS/DLCSP/GTBM

Em resposta ao Despacho 1898/2024/SES/SCL, referente ao SGD: 2024/30559/248319, acerca da análise e manifestação quanto às propostas e documentações técnicas da licitante, informamos que:

1) Analisando as documentações apresentadas, temos:

Manifestamo-nos de forma **FAVORÁVEL** aos Itens 02, 03 e 04 quanto ao preço, produto ofertado e documentações técnicas apresentadas na referida proposta.

EMPRESA	ITEM(S)	FLS.
Genestar Inovações e Equipamentos Médicos Ltda	03	408 a 497
Biomédica Equipamentos e Sup. Hospitalares Ltda	02	498 a 561
Seegene do Brasil Com. De Prod. Médicos e Hosp. Ltda	04	562 a 676

Manifestamos parecer **DESAVORÁVEL** para os itens abaixo:

EMPRESA	ITEM(S)	FLS.	RAZÃO
Genestar Inovações e Equipamentos Médicos Ltda	01	408 a 497	O kit não permite a extração de RNA/DNA viral a partir de amostras de soro, plasma, escarro, swabs nasofaríngeos e orofaríngeos, lavado bronqueoaveolar, líquido

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA SIMONE LOPES DA SILVA ANDRADE EM 13/09/2024 09:26:21

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Vanessa Fernandez Gonzalez Aires EM 13/09/2024 08:56:17

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Regina Mara Ferreira de Brito Coutinho EM 13/09/2024 08:45:01

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 14BF9C9301C2AF13

SECRETARIA
DA SAÚDE**TOCANTINS**
GOVERNO DO ESTADOLaboratório Central de Saúde Pública do Tocantins
QD. 601 Sul, AV. LO 15, Conj. 02, Lt 01, cep: 77016-336
Plano Diretor Sul, Tel.: +55 63 3218-2479
Email: gerenciaadm.lacen@gmail.com

			cavitário e fluidos corpóreos. O kit não atende ao solicitado quanto a necessidade da etapa de lise ocorrer em temperatura ambiente .
--	--	--	--

*(assinado digitalmente)***Vanessa Fernandez Gonzalez Aires**
Biomédica*(assinado digitalmente)***Regina Mara Ferreira de Brito Coutinho**
Farmacêutico*(assinado digitalmente)***Maria Simone Lopes da Silva Andrade**
Gerente Técnica