

SECRETARIA  
DA SAÚDETOCANTINS  
GOVERNO DO ESTADOPraça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

SGD: 2025/30559/062837

PROCESSO: 2023/30550/007639

ASSUNTO: PARECER TECNICO PE 90183/2024.

## PARECER TÉCNICO - 137/2025/SES/SAEL/DSH

Em atenção ao solicitado no DESPACHO 380/2025/SES/SCL, onde solicita análise e manifestação referente à documentação e produtos ofertados conforme anexadas às págs. 2986/3148 atinente ao Pregão nº 90183/2024. Segue pronunciamento desta Diretoria:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	RESULTADO FINAL
03	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO TIPO BD PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, ESTERIL E DESCARTAVEL COMPATIVEL COM APARELHOSCOMEM C90 , EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO ANVISA.	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO.
04	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO UTHA CONNECTON PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, ESTERIL E DESCARTAVEL COMPOSTODE : 01(UM) TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL, 01(UM )EQUIPO DE SORO SIMPLES, 01 (UM ) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTINUO, 01 (UM)TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR, 02(DUAS) TORNEIRAS DE 3( TRES ) VIAS E 2( DUAS) TAMPAS	FM DISTRIBUIÇÃO	ALIVE HEART ANVISA: 80415440035	REPROVADO, JUSTIFICATIVA: DEVIDO DIFICULDADE DE CABOS ALEM DE SER MATERIAL FRAGIL COM CHANCES DE DEFEITO NO USO



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/03/2025 15:42:34

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/03/2025 15:03:38

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 20AB2E5601ED0A1F | SGD:2025/30559/062837

SECRETARIA  
DA SAÚDETOCANTINS  
GOVERNO DO ESTADOPraça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

	PROTECTORAS NÃO PERFURADAS, COMPATIVEL COM APARELHOS LIFEMED LINHA M, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.			OPERATORIO, GERANDO DISGASTE NO EQUIPAMENTO, COMPROMETENDO O PACIENTE. FLESH DO APARELHO FRAGIL DE DIFICIL MANUSEIO. CONFORME PARECER TECNICO, EM ANEXO.
05	EQUIPO PARA DIALISE PERITONIALPEDIATRICO EM VOLUMES EXATOS,CONTENDO TUBOEM PLASTICOISENTO DE PVC, FLEXIVEL,TRANSPARENTE, ATOXICO, APITOGENICO, BIOCAMPATIVEL COM SOLUÇÕES,COM 2 PENETRADORES, 2 PINÇAS ROLETES, 2 CAMARASGRADUADAS DE 150 ML CONECTADO POR 2 TUBOS EM SUA PARTEINFERIOR CONTENDO DUAS PINÇAS ROLETES, 1 INTERMEDIARIODUPLO LIGADO A 1 SEGUIMENTODE TUBO INTERMEDIADO POR UMA VIA LUER FEMEA LIVRE (TORNEIRINHA) PARA CONEXAO DA SERINGA E NA EXTREMIDADE DO TUBO 1 BIFURCAÇÃO CONECTADAA UMA PINÇA ROLETE,SUA EXTREMIDADE INFERIORÉCOMPOSTA POR UM CONECTORLUER PARA CATETER E NA OUTRA VIA UMA CAMARA GRADUADA DE FUNDO CONCAVO LIGADA A UM TUBO GROSSO ALIBREQUE ADAPTA A UMA BOLSA DE 2000ML PARA COLETA DE DIALISADO.	FM DISTRIBUIÇÃO	MP COMERCIO ANVISA: 80305560089	APROVADO.



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/03/2025 15:42:34

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/03/2025 15:03:38

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 20AB2E5601ED0A1F | SGD:2025/30559/062837

SECRETARIA  
DA SAÚDETOCANTINS  
GOVERNO DO ESTADOPraça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

06	EXTENSOR BOMBA INJETORA CONTRASTE, TIPO ALTA PRESSÃO, COMPRIMENTO 120 CM, TIPO USODESCARTAVEL, ESTERILIDADE ESTERIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONECTOR MACHO/FEMEA 1200 PSI 12 FR	FM DISTRIBUIÇÃO	LEPU ANVISA: 80279421058	APROVADO.
07	DISPOSITIVO/ PINO DISPENSADOR PARA PREPARO E ASPIRAÇÃO DE SOLUÇÕES CITOSTÁTICA E CITOTÓXICA, DESCARTAVEL, ESTERIL, APIROGÊNICO, POTA ESPIGA UNIVERSAL, UM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 5 MICRAS E UM FILTRO DE AR RETENTOR DE BACTÉRIAS DE 0,2 MICRON, LIVRE DE PVC, DEHP E LÁTEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
08	TRANSDUTOR PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA, CONTENDO EQUIPO E CABO DE INTERFACE COMPATÍVEL COM POLÍGRAFO TEB SP 12			SOLICITO CANCELAMENTO DO ITEM, POIS NÃO FOI SOLICITADO, CONFORME SGD: 2024/30559/264076.



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/03/2025 15:42:34

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/03/2025 15:03:38

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 20AB2E5601ED0A1F | SGD:2025/30559/062837

SECRETARIA  
DA SAÚDE**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADOPraça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta de 120 dias, Atestado de Capacidade Técnica, Autorização de Funcionamento emitido pela ANVISA e Alvará Sanitário, Estadual, Distrital ou Municipal. Após análise informamos que os documentos apresentados pelas empresas licitantes estão condizentes com o solicitado em Edital.

Sendo assim, segue os autos para providências cabíveis.

Palmas, capital do estado, aos 10 dias do mês de Março do ano de 2025.

*Assinatura Digital*

**CECILIA. K LOPES DE MOURA**

Enfermeira

*Assinatura Digital*

**NATYELE RODRIGUES DE SOUSA**

Diretora de Suprimentos Hospitalares



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/03/2025 15:42:34

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/03/2025 15:03:38

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 20AB2E5601ED0A1F | SGD:2025/30559/062837