

SECRETARIA DA
SAÚDE**TOCANTINS**
GOVERNO DO ESTADO

SGD: 2025/30559/176359

PROCESSO: 2024/30550/007428

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO PE 90021/2025

PARECER TÉCNICO - 306/2025/SES/SAEL/DSH

Em atenção ao solicitado no DESPACHO Nº 883/2025/SES/SCL, onde solicita análise e manifestação referente à documentação e produtos ofertados conforme anexadas às págs. 480/1423 atinente ao Pregão nº 90021/2025. Segue pronunciamento desta Diretoria:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	RESULTADO FINAL
1	AVENTAL TAMANHO XG, NÃO ESTERIL CONFECCIONADO EM SMS, REPELENTE A LIQUIDOS E FLUIDOS CORPORAES, GRAMATURA MINIMA DE 40g, MANGA LONGA, PUNHOS AJUSTAVEIS, COM TIRAS PARA AMARRAR. ATOXICO, HIPOALERGENICO, ALTA RESISTENCIA, CONFORTO E MALEABILIDADE, DESCARTAVEL, EMBALADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16693/16064.	JV MED	MEDIX ANVISA: 80495510059	REPROVADO, JUSTIFICATIVA: PROPOSTA OFERTADA COM REGISTRO DA ANVISA DIVERGENTE DO REGISTRO DA ANVISA DA FICHA TÉCNICA, MESMO APÓS SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO, LICITANTE NÃO ADEQUOU. NÃO OBSTANTE, FORA DILIGENCIADO ADICIONALMENTE A COMPROVAÇÃO DOS PREÇOS



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359

SECRETARIA DA
SAÚDETOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

				OFERTADOS, QUAL NÃO FOI ATENDIDA, CONFORME FLS. 1467-1483.
2	AVENTAL CIRURGICO TAMANHO XG, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS, IMPERMEAVEL, GRAMATURA DE MINIMA 50g MANGA LONGA, PUNHOS AJUSTAVEIS COM ELASTICO OU MALHA, COM TIRAS PARA FECHAMENTO INTERNO, COM FECHAMENTO NAS COSTAS E AJUSTE NO PESCOCO. ATOXICO, HIPOALERGENICO, ALTA RESISTENCIA, CONFORTO E MALEABILIDADE, DESCARTAVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE SENDO DUPLA EMBALAGEM PERMITINDO ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16693/16064.	ROSAFARM	MEDIX ANVISA: 80350950004	SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA, CONFORME EMAIL EM ANEXO.
3	AVENTAL CIRURGICO TAMANHO XG, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS, IMPERMEAVEL, GRAMATURA DE MINIMA 50g MANGA LONGA, PUNHOS AJUSTAVEIS COM ELASTICO OU MALHA, COM TIRAS PARA FECHAMENTO INTERNO, COM FECHAMENTO NAS COSTAS E AJUSTE NO PESCOCO. ATOXICO, HIPOALERGENICO, ALTA RESISTENCIA, CONFORTO E MALEABILIDADE, DESCARTAVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE SENDO DUPLA EMBALAGEM PERMITINDO ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16693/16064.	ROSAFARM	MEDIX ANVISA: 80350950004	SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA, CONFORME EMAIL EM ANEXO.



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



4	AVENTAL USO HOSPITALAR NAO ESTERIL, TAMANHO XG, DESCARTAVEL COM MANGA LONGA E PUNHOS AJUSTAVEIS, CONFECCIONADO TNT (TECIDO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA DE 30G, ABERTO ATRAS COM TIRAS PARA AMARRAR. ATOXICO, HIPOALERGENICO, ALTA RESISTENCIA. EMBALADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16693/16064.	ROSAFARM	MEDIX ANVISA: 80495510084	APROVADO.
5	AVENTAL USO HOSPITALAR NAO ESTERIL, TAMANHO XG, DESCARTAVEL COM MANGA LONGA E PUNHOS AJUSTAVEIS, CONFECCIONADO TNT (TECIDO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA DE 30G, ABERTO ATRAS COM TIRAS PARA AMARRAR. ATOXICO, HIPOALERGENICO, ALTA RESISTENCIA. EMBALADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16693/16064.	MEDICAL	ROBISA ANVISA: 81355330011	APROVADO.
6	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO PARA FIXACAO, TRIPLA CAMADA EM MATERIAL SINTETICO COM FILTRAGEM DE PARTICULAS DE 1 MICRA, GRAMATURA MINIMA DE 40GR/M2, COM EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADOR NO CORPO DA MASCARA, MODELO RETANGULAR, ATOXICA, HIPOALERGENICA E INODORA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. ATENDER	JV MED	MEDIX ANVISA: 80495510061	REPROVADO, JUSTIFICATIVA: PROPOSTA OFERTADA COM REGISTRO DA ANVISA DIVERGENTE DO REGISTRO DA ANVISA DA FICHA TÉCNICA, MESMO APÓS SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO, LICITANTE NÃO



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



	NORMA BRASILEIRA VIGENTE ABNT NBR 15052.			ADEQUOU. NÃO OBSTANTE, FORA DILIGENCIADO ADICIONALMENTE A COMPROVAÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS, QUAL NÃO FOI ATENDIDA, CONFORME FLS. 1467-1483.
7	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO PARA FIXACAO, TRIPLA CAMADA EM MATERIAL SINTETICO COM FILTRAGEM DE PARTICULAS DE 1 MICRA, GRAMATURA MINIMA DE 40GR/M2, COM EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADOR NO CORPO DA MASCARA, MODELO RETANGULAR, ATOXICA, HIPOALERGENICA E INODORA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. ATENDER NORMA BRASILEIRA VIGENTE ABNT NBR 15052.	JV MED	MEDIX ANVISA: 80495510061	REPROVADO, JUSTIFICATIVA: PROPOSTA OFERTADA COM REGISTRO DA ANVISA DIVERGENTE DO REGISTRO DA ANVISA DA FICHA TÉCNICA, MESMO APÓS SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO, LICITANTE NÃO ADEQUOU. NÃO OBSTANTE, FORA DILIGENCIADO ADICIONALMENTE A COMPROVAÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS, QUAL NÃO FOI ATENDIDA, CONFORME FLS.



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



				1467-1483.
8	SAPATILHA CIRURGICA (PROPE) MEDINDO DE 32 A 36CM DE COMPRIMENTO ESTICADO, ALTURA DE 10CM CONFECCIONADA EM TNT 100% POLIPROPILENO COM ELASTICO EM TODA VOLT GARATURA MINIMA 30G/M2 DESCARTAVEL IPOALERGENICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA A, DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16064.	JV MED	PROTDESK ANVISA: 80404440014	REPROVADO, JUSTIFICATIVA: PROPOSTA OFERTADA COM REGISTRO DA ANVISA DIVERGENTE DO REGISTRO DA ANVISA DA FICHA TÉCNICA, MESMO APÓS SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO, LICITANTE NÃO ADEQUOU. NÃO OBSTANTE, FORA DILIGENCIADO ADICIONALMENTE A COMPROVAÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS, QUAL NÃO FOI ATENDIDA, CONFORME FLS. 1467-1483.
9	TOUCA PARA SUSTENTACAO DOS CABELOS, SANFONADA BRANCA MEDINDO 35 (+/- 5) CM DE DIAMETRO. CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER, GRAMATURA MINIMA DE 30GR/M2, QUE PERMITA A	JV MED	MEDIX ANVISA: 82443150004	REPROVADO, JUSTIFICATIVA: DE ACORDO COM O REGISTRO DA ANVISA O ITEM NÃO ATENDE AO



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



	RESPIRACAO DO COURO CABELUDO, COM ELASTICO DUPLO NO ACABAMENTO EM TODA CIRCUNFERENCIA, HIPOALERGENICO. DESCARTAVEL. RESENTACAO EM PACOTE CONTENDO 100 UNIDADE EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16064			DESCRIPTIVO DO EDITAL, A GRAMATURA OFERTADA É 10G/M2. NÃO OBSTANTE, FORA DILIGENCIADO ADICIONALMENTE A COMPROVAÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS, QUAL NÃO FOI ATENDIDA, CONFORME FLS. 1467-1483.
10	TOUCA PARA SUSTENTACAO DOS CABELOS, SANFONADA BRANCA MEDINDO 35 (+/- 5) CM DE DIAMETRO. CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER, GRAMATURA MINIMA DE 30GR/M2, QUE PERMITA A RESPIRACAO DO COURO CABELUDO, COM ELASTICO DUPLO NO ACABAMENTO EM TODA CIRCUNFERENCIA, HIPOALERGENICO. DESCARTAVEL. RESENTACAO EM PACOTE CONTENDO 100 UNIDADE EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16064.	JV MED	MEDIX ANVISA: 82443150004	REPROVADO, JUSTIFICATIVA: DE ACORDO COM O REGISTRO DA ANVISA O ITEM NÃO ATENDE AO DESCRIPTIVO DO EDITAL, A GRAMATURA OFERTADA É 10G/M2. NÃO OBSTANTE, FORA DILIGENCIADO ADICIONALMENTE A COMPROVAÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS, QUAL NÃO FOI ATENDIDA, CONFORME FLS. 1467-1483.



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



11	<p>OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, USO HOSPITALAR. LENTE EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, COM PELICULA ANTIEMBACANTE, ARMACAO EM NYLON PRETO E FLEXIVEL, LENTES COM APOIO NASAL E PROTECAO LATERAL EM POLICARBONATO, HASTES TIPO ESPATULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO. LAVAVEL E PASSIVEL DE DESINFECCAO QUIMICA. DEVERA ATENDER O C.A. REFERENTE AO ITEM,</p>	JV MED	<p>MEDIX CA:47529 ANVISA 80495510150</p>	<p>REPROVADO, JUSTIFICATIVA: PROPOSTA OFERTADA COM REGISTRO DA ANVISA DIVERGENTE DO REGISTRO DA ANVISA DA FICHA TÉCNICA, MESMO APÓS SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO, LICITANTE NÃO ADEQUOU, CONFORME FLS. 1425- 1470.</p>
12	<p>OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTO MODELO LEOPARDO COM ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ALTAMENTE RESISTENTE, INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL E HASTES TIPO ESPATULA CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE PARAFUSO METALICOS. PROTECAO UVA E UVB, LENTES ANTI- RISCOS . DEVERA ATENDER NORMA ANSI .Z. 87.1/2003 E C.A. 11.268</p>	JV MED	<p>POLIFER CA:34082 ANVISA: ISENTO</p>	<p>REPROVADO, JUSTIFICATIVA: PROPOSTA OFERTADA COM REGISTRO DO C.A DIVERGENTE DO REGISTRO DA FICHA TÉCNICA, MESMO APÓS SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO VIA DILIGÊNCIA, LICITANTE NÃO ADEQUOU, CONFORME FLS. 1425- 1470.</p>



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



13	LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES DE CANO LONGO (NITRILICA) TAMANH M: LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA; ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS; OU PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO; INTERIOR LISO; ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR ISO 11193.1/15.	ROSAFARM	MEDIX NBR 11193.1/15	REPROVADO, CONFORME PARECE TECNICO HOSPITALAR. SGD: 2025/30559/175830 JUSTIFICATIVA: LUVA NÃO APRESENTA FORRAÇÃO, DIFERENTEMENTE DO QUE CONSTA NA DESCRIÇÃO DO EDITAL.
14	LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES DE CANO LONGO (NITRILICA) TAMANHO G: LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA; ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS; OU PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO; INTERIOR LISO; ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR ISO 11193.1/15.	ROSAFARM	MEDIX ABNT NBR ISO 11193.1/15	REPROVADO, CONFORME PARECE TECNICO HOSPITALAR. SGD: 2025/30559/175830 JUSTIFICATIVA: LUVA NÃO APRESENTA FORRAÇÃO, DIFERENTEMENTE DO QUE CONSTA NA DESCRIÇÃO DO EDITAL.
15	LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES DE CANO LONGO (NITRILICA) TAMANHO P: LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA; ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS; OU PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, FORRADA	ROSAFARM	ABNT NBR ISO 11193.1/15	REPROVADO, CONFORME PARECE TECNICO HOSPITALAR. SGD: 2025/30559/175830 JUSTIFICATIVA:



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



	COM FLOCOS DE ALGODAO; INTERIOR LISO; ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR ISO 11193.1/15.			LUVA NÃO APRESENTA FORRAÇÃO, DIFERENTEMENTE DO QUE CONSTA NA DESCRIÇÃO DO EDITAL.
16	LUVAS DE PROTECAO TERMICA 20 CM: LUVA PARA ALTA TEMPERATURA, PUNHO 20 CM – CANO LONGO, QUE OFERECE PROTECAO A CORTES E ALTAS TEMPERATURAS EM ATE 250 C° COM PERMANENCIA MAXIMA DE 15 SEGUNIDAEOS. NAO COMPROMETEM A HABILIDADE MANUAL E A PRECISAO DE SENSIBILIDADE AO TOQUE; FINAS LEVES E AJUSTAVEIS; MANTEM A FORMA, FORCA, RESISTENCIA A CORTES E PROPRIEDADES TERMICAS MESMO APOS DIVERSAS LAVAGENS E USO PROLONGADO; INCLUEM PROTECAO TERMICA; AJUDAM NA PREVENCAO DE ACIDENTES E FERIMENTOS; AUMENTAM A SEGURANCA E A EFICIENCIA DO TRABALHO. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR ISSO 13688/17.	MILLENIUM COMERCIO	VOLK DO BRASIL ANVISA: ISENTO	APROVADO.
17	LUVAS DE PROTECAO TERMICA 20 CM: LUVA PARA ALTA TEMPERATURA, PUNHO 20 CM – CANO LONGO, QUE OFERECE PROTECAO A CORTES E ALTAS TEMPERATURAS EM ATE 250 C° COM PERMANENCIA MAXIMA DE 15 SEGUNIDAEOS. NAO COMPROMETEM A HABILIDADE MANUAL E A PRECISAO DE	MILLENIUM COMERCIO	VOLK DO BRASIL ANVISA: ISENTO	APROVADO.



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



	SENSIBILIDADE AO TOQUE; FINAS LEVES E AJUSTAVEIS; MANTEM A FORMA, FORÇA, RESISTENCIA A CORTES E PROPRIEDADES TERMICAS MESMO APOS DIVERSAS LAVAGENS E USO PROLONGADO; INCLUEM PROTECAO TERMICA; AJUDAM NA PREVENCAO DE ACIDENTES E FERIMENTOS; AUMENTAM A SEGURANCA E A EFICIENCIA DO TRABALHO. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR ISO 13688/17.			
18	PROTETOR FACIAL: DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A AREA MEDICA, CIRURGICA E ODONTOLOGICA, PROTETOR FACIAL CONTRA RESPIGOS COMPOSTO POR UM FILME DE PLASTICO E UMA ESPUMA PARA RETENCAO DO SUOR. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR ISO 13688/17.	ROSAFARM	MEDIX ANVISA: ISENTO DE REGISTRO	APROVADO.
19	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR NO MÍNIMO: 01- CAMPO INFERIOR CONFECCIONADO EM SMS 180 A 200 X 180 A 200 CM ADESIVADO E COM REFORÇO ABSORVENTE; 01- CAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM SMS EM 115 A 130 X 260 A 290CM ADESIVADO, COM REFORÇO ABSORVENTE E PASSADOR PARA CABOS E TUBOS; 01 - CAMPO PARA MESA CIRÚRGICA EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E SUPER ABSORVENTE CENTRAL, MEDINDO 110 A 130 X 220 A 250CM ; 02 - CAMPOS LATERAIS EM SMS 100 A 120 X 180 A 200CM	MED PALMAS	POLAR FIX ANVISA: 8003400007	APROVADO.



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



	ADESIVADOS E COM REFORÇO ABSORVENTE; 01 - CAMPO PARA MESA DE MAYO 45 A 65 X 125 A 145CM. DEVEM SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16693/16064.			
20	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR NO MÍNIMO: 01- CAMPO INFERIOR CONFECCIONADO EM SMS 180 A 200 X 180 A 200 CM ADESIVADO E COM REFORÇO ABSORVENTE; 01- CAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM SMS EM 115 A 130 X 260 A 290CM ADESIVADO, COM REFORÇO ABSORVENTE E PASSADOR PARA CABOS E TUBOS; 01 - CAMPO PARA MESA CIRÚRGICA EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, COM REFORÇO IMPERMEÁVEL E SUPER ABSORVENTE CENTRAL, MEDINDO 110 A 130 X 220 A 250CM ; 02 - CAMPOS LATERAIS EM SMS 100 A 120 X 180 A 200CM ADESIVADOS E COM REFORÇO ABSORVENTE; 01 - CAMPO PARA MESA DE MAYO 45 A 65 X 125 A 145CM. DEVEM SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16693/16064	MED PALMAS	POLAR FIX ANVISA: 8003400007	APROVADO.



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta de 120 dias, Atestado de Capacidade Técnica, Autorização de Funcionamento emitido pela ANVISA e Alvará Sanitário, Estadual, Distrital ou Municipal. Após análise informamos que os documentos apresentados pelas empresas licitantes estão condizentes com o solicitado em Edital.

Sendo assim, segue os autos para providências cabíveis.

Palmas, capital do estado, aos 09 dias do mês de junho do ano de 2025.

Assinatura Digital
CECILIA K. LOPES DE MOURA
Enfermeira

Assinatura Digital
NATYELE RODRIGUES DE SOUSA
Diretora de Suprimentos Hospitalares



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Natyele Rodrigues de Sousa EM 10/06/2025 09:44:58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CECILIA KENNER LOPES DE MOURA EM 10/06/2025 08:12:21

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9AA41DD70207E212 | SGD:2025/30559/176359