

**PROCESSO Nº:** 2019/30550/010011**DE:** GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA**PARA:** SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO**PARECER TÉCNICO Nº 8/2020/SES/SADM/DAEES****SGD 2020/30559/006153**

Tratam os autos para contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento médico hospitalar mesa cirúrgica para atender as unidades de saúde mantidas e administradas pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

Em atendimento ao Despacho nº 112/2020/SES/SCL às fls. 490, que solicita manifestação técnica acerca das documentações técnicas da licitante, informamos abaixo nosso parecer:

- Quanto aos produtos apresentados na proposta:

EMPRESA	ITEM	CONCLUSÃO	MOTIVO DO NÃO ATENDIMENTO
R.C - MÓVEIS LTDA	1	NÃO ATENDE	<u>Por não ter ofertado um equipamento com:</u> a) Função CPR que conta com sistema de amortecimento que evite movimentos bruscos. b) Sistema de Movimento de articulação dos joelhos, acionado automaticamente no momento da elevação das costas, para que o paciente não deslize. Apesar dos itens abaixo estarem descritos na proposta, verificamos que os mesmos não foram encontrados no manual da Anvisa: a) Não possui sistema de monitoramento de queda do paciente; b) Não possui pistão amortecedor; c) Não possui sistema telescópico – Altura mínima e máxima encontrado (min 53,8 e max 73,5cm) solicitado (<40cm e >= 75cm); d) Superfície de acomodação do paciente (190x88cm) solicitado foi (200x90cm); e) Não foi localizado a capacidade de controlar trendelemburg e trendelemburg reverso com um simples botão em qualquer altura; f) Não foi informado a posição de cadeira com apenas um botão; g) Não possuir Mínimo espaço entre as





			grades, onde evita que o paciente possa sair do leito; contrariando o item 13.4 do termo de referência, onde está explícito que: Não serão aceitos equipamentos com modulações, ou seja, equipamentos que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais, apenas para atender ao edital.
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3 e 4	NÃO ATENDE	a) Base e estrutura montada sobre 2(dois) cilindros telescópicos hidráulicos. b) Ofertou equipamento com rodízios de 6" (152,4mm) quando o solicitado foi de 200 mm. c) Sem informações de altura e comprimento das grades. d) Não apresentou se o equipamento possui suportes para acessórios sob a área da maca.

• Quanto as Documentações de Habilitação:

EMPRESA	ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICA	DECLARAÇÃO SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS
R.C - MÓVEIS LTDA.	SIM FOLHA 393	SIM FOLHA 365
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	NÃO COMPATÍVEIS COM O OBJETO LICITADO	SIM FOLHA 286

Diante das informações ora apresentada por esta área técnica enviamos os autos a Superintendência de Central de Licitação para prosseguimento do feito.

Palmas, 20 de janeiro de 2020.

Assinatura Digital
EBER RODRIGUES DOS SANTOS
Engenheiro Clínico

Assinatura Digital
LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES
Gerente de Engenharia Clínica

