

**PROCESSO Nº:** 2019/30550/009987**DE:** GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA**PARA:** SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO**PARECER TÉCNICO Nº 33/2020/SES/SADM/DAEES****SGD 2020/30559/018414**

Tratam os autos para contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento eletro médico hospitalares (Foco cirúrgico de teto, focos auxiliares e etc) para atender as unidades de saúde mantidas e administradas pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

Em atendimento ao Despacho nº 138/2020/SES/SCL às fls. 501, que solicita manifestação técnica acerca das documentações técnicas da licitante, informamos abaixo nosso parecer:

- Quanto ao produto apresentado na proposta:

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Cryssil Fornecedora Materiais Serviços Espec. Ltda	4	255 a 329	NÃO ATENDE
KSS Comércio e Industria Equip. Médico Ltda	1	330 a 379	NÃO ATENDE
KSS Comércio e Industria Equip. Médico Ltda	5	330 a 379	NÃO ATENDE
Medpej – Equipamentos Médicos Ltda	3	380 a 500	NÃO ATENDE

Motivo do não atendimento:**Item 4 – CRYSSIL**

- Não apresentou atestado de capacidade técnica relativo ao objeto licitado.

Item 1 – KSS

- Não ofertou na proposta cúpula principal preparada para recebimento de câmera de vídeo HD.
- Não possui sensores que detectam obstrução da área de iluminação, e nem faz a compensação através de outros LEDs.
- Todas as funções do equipamento (09 níveis de ajuste) podem ser realizadas no moderno painel de controle em LCD que fica localizado no braço da cúpula, não fazendo menção do fornecimento de controle na parede ou por controle remoto infravermelho.
- Não informado na proposta da existência de controle na parede.
- Não ofertado na proposta o fornecimento de 04(quatro) manoplas autoclaváveis para cada cúpula e nem os 02(dois) kits de leds para reposição.



**Item 5 – KSS**

- Não informa o consumo de energia.
- Não ofertado na proposta o fornecimento de 02(dois) kits de leds para reposição.

Item 3 – MEDPEJ

- Não ofertado na proposta o fornecimento de 04(quatro) manoplas autoclaváveis para cada cúpula e nem os 02(dois) kits de leds para reposição.

- Quanto as Documentações de Habilitação:

EMPRESA	ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICA	DECLARAÇÃO SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS
CRYSSIL	Não apresentou atestado relativo ao objeto licitado	SIM
KSS	SIM	SIM
MEDPEJ	SIM	SIM

Diante das informações ora apresentada por esta área técnica enviamos os autos a Diretoria de Compras para prosseguimento do feito.

Palmas, 13 de fevereiro de 2020.

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES

Gerente de Engenharia Clínica

