

**PROCESSO Nº:** 2019/30550/009987**DE:** GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA**PARA:** SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO**PARECER TÉCNICO Nº 56/2020/SES/SADM/DAEES****SGD 2020/30559/061930**

Tratam os autos para contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento eletro médico hospitalares (Foco cirúrgico de teto, focos auxiliares e etc) para atender as unidades de saúde mantidas e administradas pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

Em atendimento ao Despacho nº 1206/2020/SES/SCL às fls. 1145, que solicita manifestação técnica acerca das documentações técnicas da licitante, informamos abaixo nosso parecer:

- Quanto ao produto apresentado na proposta:

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
CIENTIFICA	02	1007 a 1131	NÃO ATENDE

MOTIVO DO NÃO ATENDIMENTO: Produto não atende ao solicitado no edital, onde pede-se no mínimo de 25.000 oscilações por minuto o produto ofertado é no máximo de 18.000 RPM, conforme descrito na proposta à pagina 1008.

Diante das informações ora apresentada por esta área técnica enviamos os autos a Superintendência da Central de Licitação, para prosseguimento do feito.

Palmas, 22 de maio de 2020.

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES
Gerente de Engenharia Clínica