



PROCESSO : 2020/30550/005763
INTERESSADO : Hospital Geral de Palmas
ASSUNTO : Parecer de itens do Pregão Eletrônico n°. 252/2020

SGD: 2021/30559/032312

PARECER N°. 23/2021/SES/HGPP/DG

Levando em conta a necessidade do **Hospital Geral Público de Palmas**, segue avaliação dos produtos ofertados nas propostas classificadas no Pregão Eletrônico n°. 252/2020, Processo n°. 005763/2020:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO
01	COLA CIRÚRGICA DE ORIGEM SINTÉTICA N – BUTIL 2 – CIANOAGRILATO (NBCA) E METACRILOSISOLFOLANO (MS), FRASCO 1 ML	GEM ITALY REG. ANVISA: 80159010003	Aprovado
03	ESPONJA HEMOSTÁTICA 70 CM X 50 CM X 10 CM	GELITA REGISTRO ANVISA: 10407990059/ 10369290011	Aprovado
05	AGENTE HEMOSTÁTICA ESTÉRIL DE CELULOSE REGENERADA OXIDADA (ÁCIDO GLICURÔNICOHIDRO POLIOXIANA) 50X75 MM	JHS REG. ANVISA: 10405720001	Aprovado
06	ENXERTO ÓSSEO HIDROAPATITA 10 GR	HCS – HEALTH CARE SOLUTIONS REG. ANVISA: 81585010005/ 8158010005	Reprovado O produto não perfura totalmente o osso no ato cirúrgico.
07	ENXERTO ÓSSEO HIDROAPATITA 10 GR		
08	BROCA TREPANAÇÃO 14/11-3 COMPATÍVEL COM SISTEMA STRYKER	MEDICALFIX REGISTRO ANVISA: 80254350019	Reprovado Os produtos não se encaixam nos equipamentos do Hospital.
09	BROCA TREPANAÇÃO 14/11-3 COMPATÍVEL COM SISTEMA STRYKER		
10	FRESA CORTANTE STRYKER (VÁRIOS TAMANHOS)		
11	FRESA CORTANTE STRYKER (VÁRIOS TAMANHOS)		
12	FRESA CRANIOTOMO 1,6X16 M	HCS – HEALTH CARE SOLUTIONS REG. ANVISA: 81585010004	Reprovado Produto não compatível com o equipamento craniotomo.
13	FRESA CRANIOTOMO 1,6X16 MM COMPATÍVEL COM SISTEMA STRYKER		
14	BROCA DIAMANTADA MM COMPATÍVEL COM STRYKER (VÁRIOS TAMANHOS)		



SECRETARIA
DA SAÚDE**TOCANTINS**
GOVERNO DO ESTADOPraça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

15	BROCA DIAMANTADA MM COMPATÍVEL COM STRYKER (VÁRIOS TAMANHOS)	MEDICALFIX REGISTRO ANVISA: 80254350019	Reprovado Produto não compatível com o equipamento do Hospital.
16	BROCA HELICOIDAL 2,0 MM COMPATÍVEL COM SISTEMA STRYKER		
17	BROCA HELICOIDAL 2,0 MM COMPATÍVEL COM SISTEMA STRYKER		
20	CATETER VENTRICULAR COM TEMPERATURA CATETER FIBRA-ÓTICA COM TEMPERATURA PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO INTRACRANIANA E DRENAGEM LIQUÓRICO ESPAÇO VENTRICULAR A ZERAGEM É EFETUADA NO PRÓPRIO.	NATUS REG. ANVISA: 10099430100/ 10099430123	Aprovado
22	CATETER SUBDURAL CATETER DE FIBRA-ÓTICA DE 4FR DE DIÂMETRO PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO INTRA-CRANIANA NO ESPAÇO SUBDURAL, COM PROTEÇÃO DE SILICONE.		
Documentos técnicos item 13.3 “a, b e c”			

Palmas, 05 de março de 2021.

*Assinatura Eletrônica***JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS**
Diretor Administrativo e Financeiro*Assinatura Eletrônica***DR. LUCIANO BATISTA LOPES**
Diretor Técnico*Assinatura Eletrônica***LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA**
Diretor Geral

Documento foi assinado digitalmente por LUCIANO BATISTA LOPES em 08/03/2021 14:01:33.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 2F47C02300BA184E.