



PROCESSO: Nº 2018/3055/001026

DE: Diretora de Atenção Especializada/DAE

PARA: Superintendência de Compras e Licitação

SGD Nº 2021/30559/044576

PARECER TÉCNICO Nº. 01/2021/SES/DG//SAD

De acordo com a descrição dos itens apresentados nas propostas encaminhadas, temos a informar que os itens estão de acordo com o solicitado, exceto:

- **item 1:** Não está de acordo com o solicitado porque não possui o módulo ventilatório assistido controlado, que garanta volume e frequência respiratória controlados.
- **Ítem 7:** Não está de acordo porque não possui bateria com durabilidade de 8 horas e telemonitoramento, conforme solicitado.

Quanto a documentação:

	GDB COMÉRCIO	LUMIAR HEALTH	TECNOMÉDICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	fl 708 á 711	fl 753 á 755	fl 832
ALVARÁ SANITÁRIO	fl 712	fl 756	fl 833

Por fim, atendidas aos apontamentos sob responsabilidade desta área técnica, segue-se os autos a Superintendência de Licitação para dar prosseguimento ao feito.

S.M.J.

Palmas, 08 de abril de 2021

(assinatura digital)

Danila Moreira da Silva Coelho
Fisioterapeuta

(assinatura digital)

Leonardo de Oliveira Toledo Silva
Diretor Geral do HGP

