

**PROCESSO Nº:** 2021/30550/002048**DE:** GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA**PARA:** SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO**PARECER TÉCNICO Nº 38/2021/SES/SADM/DAEES****SGD 2021/30559/057589**

O processo 2021/30550/002048 trata da aquisição através de empresa especializada de Usina de Oxigênio e Complementos para atender ao Hospital Geral de Gurupí, entidade mantida e administrada pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

Em atendimento ao Despacho nº 831/2021/SES/SCL às fls. 557, que solicita manifestação técnica acerca do preço e dos produtos ofertados nas propostas bem como das documentações técnicas das licitantes, informamos abaixo nosso parecer:

- Quanto ao produto apresentado na proposta:**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Luk Industria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda	01,02,03 e 04	213	ATENDE (*)
Semparar Produtos e Serviços Ltda	05	357	ATENDE (*)

(*) Propostas são cópias fiéis do descritivo do edital.

- Atestado(s) de capacidade técnica, registrado(s) no CREA, emitido(s) por estabelecimento de saúde que faça uso de sistema de Geração de Oxigênio, de igual ou superior capacidade, com indicação da conformidade com as normas e resoluções citadas no item 06 deste Termo de Referência, bem como as especificações técnicas exigidas;**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Luk Industria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda	01,02,03 e 04	311 a 317	ATENDE
Semparar Produtos e Serviços Ltda	05	466 A 496	ATENDE

- Projeto de instalação de Sistema Concentrador de Oxigênio Medicinal, incluindo a individualização de todos os equipamentos;**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Luk Industria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda	01,02,03 e 04	319	ATENDE
Semparar Produtos e Serviços Ltda	05	499	ATENDE



DAEES/GEC/LEB



Documento foi assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES em 21/04/2021 16:59:03.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 7A2F6ADA00C4ECD2



- **Projeto de instalação de Central Geradora de Ar Medicinal, incluindo a individualização de todos os equipamentos;**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Luk Industria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda	01,02,03 e 04	318	ATENDE
Semparar Produtos e Serviços Ltda	05	497	ATENDE

- **Projeto de instalação de Central de Vácuo Clínico, incluindo a individualização de todos os equipamentos;**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Luk Industria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda	01,02,03 e 04	319	ATENDE
Semparar Produtos e Serviços Ltda	05	498	ATENDE

- **Relação da equipe técnica adequada e disponível para realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe;**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Luk Industria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda	01,02,03 e 04	322	ATENDE
Semparar Produtos e Serviços Ltda	05	500	ATENDE

- **Comprovante de registro e de regularidade da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia (CREA) de sua sede, em plena validade, em que conste seus responsáveis técnicos de nível superior sendo um Engenheiro Mecânico, com ou sem vínculo empregatício, acompanhado de seu registro no conselho pertinente;**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Luk Industria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda	01,02,03 e 04	323 a 324	ATENDE
Semparar Produtos e Serviços Ltda	05	501 a 526	ATENDE

- **A comprovação do vínculo empregatício, se for o caso, poderá ser por meio de cópia do livro ou ficha de registro de empregado ou da carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviços do mencionado profissional;**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Luk Industria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda	01,02,03 e 04	325 a 331	ATENDE
Semparar Produtos e Serviços Ltda	05	527 a 535	ATENDE

- **Declaração que tomou conhecimento de todas as informações necessárias e das condições para o cumprimento do objeto do Termo de Referência. Essa declaração deverá ser expedida até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para a abertura da licitação.**





EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Luk Industria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda	01,02,03 e 04	332	ATENDE
Semparrar Produtos e Serviços Ltda	05	538	ATENDE

- Em virtude das exigências da apresentação de projeto de instalação, é indispensável a visita técnica à unidade.

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Luk Industria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda	01,02,03 e 04	-	NÃO ATENDE *
Semparrar Produtos e Serviços Ltda	05	539	ATENDE

(*) Não apresentou declaração de que realizou a visita técnica, nem declaração de que não teve interesse em realizar a vistoria, aceitando que cumpriria com todas as suas obrigações, e, que não poderia caber alegações em qualquer época de desconhecimento do local, do estado, fatos e ou detalhes que impossibilitassem ou dificultassem a execução dos serviços.

- Por se tratar de equipamentos que não podem sofrer solução de continuidade em seus fornecimentos, e em virtude de a Unidade Hospitalar carecer dos serviços de modo ininterruptos, deverá ser exigido, como condição de participação na fase de habilitação, DECLARAÇÃO formal, firmada sob pena da lei, que a licitante em se sagrando vencedora, instalará os equipamentos no prazo impostergável de 07 (sete) dias corridos após a entrega, com a partida técnica e início do funcionamento neste prazo, contados da data da assinatura do contrato, executando assim o projeto de instalação.

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
Luk Industria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda	01,02,03 e 04	333	ATENDE
Semparrar Produtos e Serviços Ltda	05	540	ATENDE

Diante das informações ora apresentada por esta área técnica enviamos os autos a Superintendência da Central de Licitação, para prosseguimento do feito.

Palmas TO, 21 de abril de 2021.

Assinado digitalmente

LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES
Gerente de Engenharia Clínica



DAEES/GEC/LEB



Documento foi assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES em 21/04/2021 16:59:03.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 7A2F6ADA00C4ECD2