

PROCESSO: 2020/30550/003362**SGD:** 2021/30559/062730**PREGÃO ELETRÔNICO:** 226/2021**DE:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Superintendência da Central de Licitação**PARECER TÉCNICO - 219/2021/SES/SAEL/DSH**

Em atenção ao despacho nº 762/2021 às fls. 1714 e considerando a documentação das empresas qualificadas no certame licitatório em anexo às fls. 1631/1704. Segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal. Após análise, informamos que os documentos apresentados pela empresa estão condizentes com o solicitado nos autos e quanto a análise dos materiais segue.

ITEM	DESCRIPTIVO	FORNECEDOR	FAB/ MARCA	PARECER DO PRODUTO
1	AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL CALIBRE 18GX3 1/4 CONFECCIONADA EM ACO INOX , ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEICOES, CANULA DE PAREDES FINAS DEMARCADA EM CM, CANHAO ANATOMICO, TRANSLUCIDO COM CONEXAO PERFEITA COM DISPOSITIVOS, TAMPA PROTETORA. ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	O&M	PROCARE	REPROVADO <u>Justificativa:</u> O tamanho da agulha enviada para analise e de 18GX3 1/2" . Sendo assim, não atende ao solicitado. Segue foto da amostra às fls. 1721/1722.
2	AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL PEDIATRICA CALIBRE 20GX2 CONFECCIONADA EM ACO INOX, ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEICOES, CANULA DE PAREDES FINAS DEMARCADA EM CM, CANHAO ANATOMICO, TRANSLUCIDO COM CONEXAO PERFEITA COM DISPOSITIVOS, TAMPA PROTETORA. ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	CIRURGICA FERNANDES	UNIEVER UNISIS	REPROVADO <u>Justificativa:</u> O tamanho da agulha enviada para analise e de 18GX9mm . Sendo assim, não atende ao solicitado. Segue foto da amostra às fls. 1725/1726.

Assim, segue para providências cabíveis.

Palmas, 03/05/2021.

Assinatura Digital

Flaviana F. Silva. Araújo
COREN/TO 403041

Assinatura Digital

Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares

