



PROCESSO : 2019/30550/004984
 INTERESSADO : Hospital Geral de Palmas
 ASSUNTO : Parecer de itens do Pregão Eletrônico n°. 030/2021
 SGD: 2020/30559/066481

**PARECER TÉCNICO N°. 40/2021/SES/HGPP/DG**

Levando em conta a necessidade do **Hospital Geral Público de Palmas**, segue a avaliação dos produtos ofertados nas propostas classificadas no Pregão Eletrônico n°. 030/2021, Processo 2019/30550/0004984.

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 030/2021

LOTE UNICO			
Item	DESCRIÇÃO	FAB./ MARCA	RESULTADO
01	PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL PRIMÁRIA BILATERAL, COMPOSTA DE: taça acetabular não cimentada aparafusada com revestimento em hidroxiapatita e rebordo de 5°, cabeça intercambiável cerâmica, line polietileno high cross linked terceira geração dupla mobilidade, haste femural não cimentada com revestimento em hidroxiapatita fixação proximal.	AESULAP REG. ANVISA: 80136990606	Reprovado
02	Lâmina de serra oscilatória para osteotomia.	TAIMIM REG. ANVISA: 80082910234	Aprovado
03	Fio guia	TAIMIM REG. ANVISA: 80082910093	Aprovado
04	Pulse lavagem	ORTHOCIR REG. ANVISA: 10314809016	Aprovado
05	Âncora absorvível para reinserção de abdutor	ORTHOCIR REG. ANVISA: 10314800154	Aprovado
06	Campo iodoformado	3M IOBAN REG. ****	Reprovado

Obs.: Motivo da reprovação da Proposta: as informações da representante da própria fabricante (BBRAUN), conforme fl. 386, já revela que o produto da marca ofertada na licitação não acompanha o componente de "dupla mobilidade". Assim, não atendendo ao item 2, Anexo I, do Edital. A aquisição visa atender necessidade intrínseca de paciente. Importa-se destacar que no mercado existem variados tipos de próteses de quadril que se diferenciam pelo tipo de material. Os fatores relacionados à escolha da abordagem cirúrgica e ao tipo de implante cabem ao cirurgião, cada prótese é indicada de acordo com a doença e pelo perfil do paciente. O sistema de dupla mobilidade tem como característica importante





oferecer menor risco de luxação, menor taxa de desgaste, aumentar a estabilidade e melhorar a mobilidade da articulação com baixa fricção.

Quando ao item 06, da proposta de preços, embora expressa marca já conhecida pelo hospital, não apresentou o número do registro da ANVISA, conforme exigência do item 7, alínea "b", Anexo II, do Edital. Pelas razões expostas, reprovamos a proposta, sugerindo, portanto, a desclassificação da proponente.

Palmas, 06 de maio de 2021.

Assinatura Eletrônica

JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Eletrônica

DRA. MONALISA DOMINGUES S. DA SILVA
Diretora Técnica

Assinatura Eletrônica

LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA
Diretor Geral

