



SECRETARIA
DA SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

SGD: 2021/30559/068866

PROCESSO: 2020/30550/004314

DE: Diretoria de Suprimentos Hospitalares

PARA: Superintendência da Central de Licitação

PARECER TÉCNICO - 237/2021/SES/SAEL/DSH

Em atenção ao solicitado nos autos e considerando a documentação da empresa licitante anexadas às fls.881 a 887, referente ao Pregão nº 223/2020. Segue pronunciamento desta Diretoria:
Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta de 120 dias, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal, informaram que os documentos apresentados pela empresa licitante estão condizentes com o Edital conforme quadro abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	PARECER DOCUMENTOS	PARECER PRODUTOS	RESULTADO FINAL
42	"FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO Nº 2-0 COM 45 (+- 5) CM COM AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 2,0 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CUTICULAR).	POSTERARI	TECNO FIO	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO Justificativa: fio apresentando baixa resistência tênsil com ruptura fácil ao manuseio habitual, não apresentando fixação no nó, rompendo com facilidade, desfiando, desencastando da agulha e não tendo maleabilidade.

Proc.:
Fls nº 1083
M
Visão



