



PROCESSO: 2020/30550/003239

DE: Diretoria de Suprimentos Hospitalares

PARA: Superintendência da Central de Licitação

SGD: 2021/30559/067037

ERRATA - 63/2021/SES/SAEL/DSH

Considerando que os autos em epígrafe versam sobre registro de preços para aquisição de materiais diversos, para abastecimento na Rede Hospitalar Estadual.

Informamos que houve um equívoco no parecer técnico nº 157/2021, item 19 no qual foi dado desfavorável para o item PERFURADOR DE TRANSFERENCIA PARA LIQUIDOS ESTEREIS DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO OU TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PARENTERAIS.. A empresa realizou a entrega da amostra, foram apresentados dois produtos com o mesmo registro, porém de modelos diferentes, no ato da abertura do pacote, foi verificado a existência de apenas uma das amostras, porém dias depois verificou que a amostra com as características solicitadas no Edital, estava envolta em uma das Notas Fiscais de remessa não observada inicialmente pelo corpo técnico. Depois de encontrada a amostra verifica-se que esse modelo entregue atende ao solicitado no Edital.

Diante do exposto solicitamos as alterações conforme, o seguinte texto abaixo:

ONDE-SE-LÊ:

PARECER TÉCNICO -157/2021/SES/SAEL/DSH





Praca dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

SECRETARIA
DA SAÚDE
TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	PARECER DOCUMENTOS	PARECER PRODUTOS	RESULTADO FINAL
10	"LAMINA PARA DERMATOMO EMACO INOXIDAVEL/ACO CARBONO TEMPERADO, ESTERIL, ISENTA DE REBARBAS E IMPERMEICOES COMPATIVEL COM APARELHO AESCULAP GB228R. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA	MEDPALMAS	HUMECA	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
13	"KIT DE LIGADURA ELÁSTICA PARA VARIZES DO ESÔFAGO, EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, COMPOSTO DE: TAMBOR COM LIGADURA ELÁSTICA PRÉMONTADA E CORDAS COM NO MÍNIMO (6 CORDAS/BANDAS) DE DISPARO, MANOPLA, CATETER DE CARREGAMENTO E ADAPTADOR DE IRRIGAÇÃO DESCARTÁVEL, REFIL DO KIT DE LIGADURA COM NO MÍNIMO 06 UNIDADES DE ELÁSTICOS."	PORTO 71	LAVI MEDICAL/ PORTUGAL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls. 568.
14	"KIT DE LIGADURA ELÁSTICA PARA VARIZES DO ESÔFAGO, EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, COMPOSTO DE: TAMBOR COM LIGADURA ELÁSTICA PRÉMONTADA E CORDAS COM NO MÍNIMO (6 CORDAS/BANDAS) DE DISPARO, MANOPLA, CATETER DE CARREGAMENTO E ADAPTADOR DE IRRIGAÇÃO DESCARTÁVEL, REFIL DO KIT DE LIGADURA COM NO MÍNIMO 06 UNIDADES DE ELÁSTICOS."	PORTO 71	LAVI MEDICAL/ PORTUGAL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls. 568.

Documento foi assinado digitalmente por GILENO DIAS DE OLIVEIRA em 10/05/2021 13:24:16.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 631493FC00C762BC





SECRETARIA
DA SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas - Tocantins - CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

16	"CABO PARA SERRA DE GIGLI CONFECCIONADO EM ACO INOX EMBALADO INDIVIDUALMENTE."	JBL SERVIÇO	WELDON	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
17	SERRA DE GIGLI CONFECCIONADA EM ACO INOX, ESTERIL, 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA	ATIVIDADE	STYLLE	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
18	"SERRA DE GIGLI CONFECCIONADA EM ACO INOX, ESTERIL, 40 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	MEDPALMAS	STYLLE	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
19	"PERFURADOR DE TRANSFERENCIA PARA LIQUIDOS ESTEREIS DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO OU TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PARENTERAIS, PARA USO EM FRASCOS/BOLSAS DE SISTEMA FECHADO, COM UMA PONTA PERFURANTE PADRAO ISO COM PROTETOR E OUTRA PONTA COM PROTETOR QUE GARANTA A OCLUSAO DO SISTEMA APOS O USO; UNICO CANAL PARA FLUXO DO LIQUIDO E PEGA ERGONOMICA PARA MANIPULACAO. DESCARTEVEL, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	DESCARPACK	FAVORAVEL	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO Item não atende ao descritivo que foi solicitado.

Informamos que os documentos apresentados pelas empresas supracitadas acima estão condizentes com o edital, bem como a documentação analisada pela área técnica. Sendo: Atestado de Capacidade Técnica, Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA/MS, Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual e registro vigente na ANVISA.



**LEIA-SE:****PARECER TÉCNICO - 157/2021/SES/SAEL/DSH**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	PARECER DOCUMENTOS	PARECER PRODUTOS	RESULTADO FINAL
10	"LAMINA PARA DERMATOMO EMACO INOXIDAVEL/ACO CARBONO TEMPERADO, ESTERIL, ISENTA DE REBARBAS E IMPERPEICOES COMPATIVEL COM APARELHO AESCULAP GB228R. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA	MEDPALMAS	HUMECA	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
13	"KIT DE LIGADURA ELÁSTICA PARA VARIZES DO ESÔFAGO, EM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, COMPOSTO DE: TAMBOR COM LIGADURA ELÁSTICA PRÉMONTADA E CORDAS COM NO MÍNIMO (6 CORDAS/BANDAS) DE DISPARO, MANOPLA, CATETER DE CARREGAMENTO E ADAPTADOR DE IRRIGAÇÃO DESCARTÁVEL, REFIL DO KIT DE LIGADURA COM NO MÍNIMO 06 UNIDADES DE ELÁSTICOS."	PORTO 71	LAVI MEDICAL/ PORTUGAL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls. 568.





Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

SECRETARIA
DA SAÚDE
TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

14	"KIT DE LIGADURA ELÁSTICA PARA VARIZES DO ESÔFAGO, EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, COMPOSTO DE: TAMBOR COM LIGADURA ELÁSTICA PRÉMONTADA E CORDAS COM NO MÍNIMO (6 CORDAS/BANDAS) DE DISPARO, MANOPLA, CATETER DE CARREGAMENTO E ADAPTADOR DE IRRIGAÇÃO DESCARTÁVEL, REFIL DO KIT DE LIGADURA COM NO MÍNIMO 06 UNIDADES DE ELÁSTICOS."	PORTO 71	LAVI MEDICAL/ PORTUGAL	FAVORÁVEL	FAVORÁVEL	APROVADO conforme Parecer Técnico Hospitalar as fis. 568.
16	"CABO PARA SERRA DE GIGLI CONFECCIONADO EM AÇO INOX EMBALADO INDIVIDUALMENTE."	JBL SERVIÇO	WELDON	FAVORÁVEL	FAVORÁVEL	APROVADO
17	SERRA DE GIGLI CONFECCIONADA EM AÇO INOX, ESTERIL, 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA	ATIVIDADE	STYLLE	FAVORÁVEL	FAVORÁVEL	APROVADO
18	"SERRA DE GIGLI CONFECCIONADA EM AÇO INOX, ESTERIL, 40 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	MEDPALMAS	STYLLE	FAVORÁVEL	FAVORÁVEL	APROVADO





Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

SECRETARIA
DA SAÚDE
TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

	ATIVIDADE	DESCARPACK	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO.
19	"PERFURADOR DE TRANSFERENCIA PARA LIQUIDOS ESTEREIS DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO OU TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PARENTERAIS, PARA USO EM FRASCOS/BOLSAS DE SISTEMA FECHADO, COM UMA PONTA PERFURANTE PADRAO ISO COM PROTETOR E OUTRA PONTA COM PROTETOR QUE GARANTA A OCLUSAO DO SISTEMA APOS O USO; UNICO CANAL PARA FLUXO DO LIQUIDO E PEGA ERGONOMICA PARA MANIPULACAO. DESCARTEVEL, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA EM PETALA."				

Informamos que os documentos apresentados pelas empresas supracitadas acima estão condizentes com o edital, bem como a documentação analisada pela área técnica. Sendo: Atestado de Capacidade Técnica, Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA/MS, Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual e registro vigente na ANVISA.

Assinatura Digital
AFRÂNIA NOGUEIRA DE SOUZA
Mat. 11706554/1

Assinatura Digital
GILENO DIAS DE OLIVEIRA
Diretor de Suprimentos Hospitalares

